


Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, dr. Schulhoff sétány 1.

Ajánlati dokumentáció



„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”

EKR000910712019

2019.



Az Ajánlattétellel kapcsolatos információk

Tartalomjegyzék

Fontosabb adatok, információk	03.
Adatlap	21.
Iratminták	47.
Ártáblázat	53.
Szerződéstervezet	56.
Mellékletek	77.
Felhívás	78.

Az ajánlati dokumentáció (benne az iratminták) kiadásával ajánlatkérő célja az, hogy a szerződés teljesítésre alkalmas ajánlattevők munkáját megkönnyítse, ajánlataik érvényesnek minősüljenek. Ez azonban csak a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtásával lehetséges.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a megjelent felhívás, a Kbt., valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez.

Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak teljes körű megismétlését tűzte ki célul, azoknak csak néhány (általa) fontosnak ítélt részét kívánta megismételni.

Ajánlatkérő:

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
 8380 Hévíz, dr. Schulhoff Vilmos sétány 1.
 Tel: +36 83501701
 Fax: +36 83540144
 E-mail: melinda.pokecz@spaheviz.hu

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott szervezet:

MedlineS Kft.
 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
 Tel.: +36 24/474402 Fax: +36 24/474416
 e-mail: kozbeszerzes@medlines.hu

A beszerzés tárgya:

Adásvételi szerződés keretében a **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház** részére

Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése egy részben

- | | |
|---|------------|
| 1.1. tétel Direkt digitális felvételező röntgenberendezés
(2 db direkt digitális detektorral) | 1 db |
| 1.2. tétel Leletező munkaállomás | 1 db |
| 1.3. tétel Csontsűrűség mérő (teljes testes) | 1 db |
| 1.4. tétel medikai rendszerrel integrált,
intézményi PACS rendszer | 1 rendszer |

mely tartalmazza a készülékek helyszínrre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe helyezését, próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását.

Részletesen lásd az aktuális „Adatlap”-okon.

FONTOS!

- Ajánlatkérő biztosítja a villamos csatlakozást - kapcsolószekrényben. A helyszíni bejárás során ajánlattevőnek meg kell vizsgálnia, hogy a meglévő csatlakozás / kapcsolószekrény megfelel-e a szállítandó berendezés ellátásához, s ha nem, akkor ajánlatában szerepeltetnie kell egy új kapcsolószekrényt is!
- Az új berendezés esetében a sugárvédelmi előírásnak történő megfeleléshez szükséges esetlegesen felmerülő munkák elvégzését az ajánlatkérő saját hatáskörben elvégzi, de nyertes ajánlattevő feladata az ehhez szükséges teljeskörű adatszolgáltatás a megajánlott berendezéssel kapcsolatban.
- A kórházi HIS rendszer szállítója és üzemeltetője: Globenet Zrt . Medworks rendszer.
- Nyertes szállítónak a komplett rendszer helyszínre szállítását, telepítését, a meglévő DICOM képállomány migrálását, a szükséges integrációk megvalósítását (DICOM eszközök, HIS munkalista licence és kiépítése), és a felhasználó személyzet betanítását is el kell végeznie.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szállító ezzel kapcsolatos minden költségét!

- A berendezés működése / működtetése során a **21/2018. (VII.9.) EMMI rendelet** előírásai is betartandók!

A teljesítés helye:

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, dr. Schulhoff Vilmos sétány 1.

Részajánlat lehetősége:

nem, csak teljeskörű ajánlat adható.

A részajánlat tétel sem gazdaságilag sem szakmailag nem ésszerű, a beszerzés nem osztható.

Többszámú ajánlatadás lehetősége:

nincs

FONTOS INFORMÁCIÓK

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (az EKR-ben – megadott szerveridő) az irányadó.

Az ajánlattételi határidő az *ajánlati felhívás* szerint:

A szerződéskötés

helye: **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház**
8380 Hévíz, dr. Schulhoff V. sétány 1. Igazgatói tárgyaló

A szállítás határideje: **75 munkanap** a szerződéskötéstől számítva

Előszállítás csak Ajánlatkérővel (Vevővel) egyeztetetten lehetséges!

E Közbeszerzési eljárás közben használt fontosabb fogalmak és rövidítések

Közbeszerzési Törvény:	2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, a továbbiakban Kbt.
Art.:	az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Rendelet (R):	321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
EKR:	elektronikus közbeszerzési rendszer (lásd részletesen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet -et az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól.

Jelen eljárásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott **írásbeli kommunikáció** - ha a rendeletből más nem következik - **elektronikus úton, az EKR-ben történik.**

Az EKR rendszer elérhetősége:
<https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap>

(„Támogatás” – „belépést” követően a honlap alján)
<https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas>

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós szerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztató, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;

Ajánlati felhívás (AF): A TED-ben ill. az **elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)**-ben megjelenő információ

Ajánlati dokumentáció (AD): Az ajánlattételhez szükséges, információkat, iratmintákat tartalmazó dokumentáció.

Ajánlat: Az ajánlati felhívásra Ajánlattevő által **az EKR-ben benyújtandó ajánlat.**

- Gazdasági szereplő:** bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
- Ajánlattevő:** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
- Közös ajánlattevő:** lásd a **Kbt. 35. §**; ill. **424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet Közös ajánlattétel esetén** az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
- Alvállalkozó:** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét **kizárólagos jog** alapján végzi,
 - b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt **gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,**
 - c) **építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;**
- Ajánlatkérő jelen eljárásnál előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
 - b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
- A Kbt. 36. § (1)** szerint „Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -
- a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
 - b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].

(2) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tptv.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tptv. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.”

Hamis adat: a valóságnak nem megfelelő adat;

Hamis nyilatkozat: lásd Kbt. 62. § (1) i)

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD vagy ESPD,
a továbbiakban: „formanyomtatvány”
kitöltése az „EKR-ben”

érdeklődését jelző gazdasági szereplő:

Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az **EKR-ben** az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Időtartamok

Ajánlatkérő	egy (1) hónap alatt	30 napot ért
♦	egy (1) év	alatt 365 napot ért

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) **nem teszi lehetővé projektársaság létrehozását**, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt követelményekre.

A Közbeszerzési eljárás meghatározása

A jelen dokumentáció és felhívás alapján Ajánlatkérő a Kbt.-nek megfelelő, *Uniós értékhatárt elérő*

Nyílt eljárást (Kbt. 81. §)

indít és kéri fel a gazdasági szereplőket az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció feltételeinek megfelelő ajánlat benyújtására.

Kiegészítő tájékoztatás kérés

Fel szeretnénk hívni Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a szerint: bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ... ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel ... érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

Felhívjuk a figyelmüket még, hogy az eljárással kapcsolatosan felmerülő bármely - akár a legkisebb bizonytalanság, vagy értelmezési - probléma esetén is éljenek „**Kiegészítő tájékoztatás**” kérés (kérdésfeltevés) jogával, és kérdésüket a Kbt. előírásainak figyelembe vételével a lehető leghamarabb, tegyék fel **az EKR rendszerben.**

Az írásban feltett kérdésekre adott válaszok tartalmának ajánlatba történő beépítése valamennyi Ajánlattevő számára kötelező.

Az ajánlat benyújtása (ajánlattétel)

Az ajánlatot elektronikusan, az EKR rendszeren belül kell benyújtani.

Az ajánlatban részenként **felolvasólapot kell elhelyezni**, ami tartalmazza a Kbt. **68. § (4)** bekezdése szerinti **összes adatot**. Ennek elkészítéséhez az EKR rendszerben iratmintát készítettünk.

Ajánlattétel formai és tartalmi követelményei

Az Ajánlatért, és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben ajánlattevő felel.

A Kbt. 66. § (1) szerint „Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. „

A Kbt. 66. § (2) szerint „Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.”

Az Ajánlatukat tehát oly módon kell elkészíteni, hogy az mind a jelen „Ajánlati dokumentáció”-nak és az „Ajánlati felhívás”-nak, mind a Kbt. előírásainak megfelelően, lehetővé tegye a Közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződéskötést.

Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatot elektronikusan, az EKR rendszeren belül kell benyújtani.

Ajánlattevőnek az EKR rendszeren belül űrlapokat, letöltött dokumentumokat kell használnia, kitöltenie és feltöltenie/megküldenie.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum beszkenelve **célszerűen „.pdf” formátumban** (egyszerű elektronikus másolatként) is benyújtható az EKR-be.

EKR űrlap hiányában, ha az a EKR használata során előírásra került, az ajánlatban szükséges, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak, majd a dokumentumokat be kell szkennelni és a beszkenvelt dokumentumot kell felcsatolni az EKR-be. A benyújtandó elektronikus dokumentumokat elektronikus aláírással csak akkor kell ellátni, ha ezt ajánlatkérő kéri (pl: amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény

szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni **azt a személyt**, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.

Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti **meghatalmazást tartalmazó okiratot**.

A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Egyéb formai követelmények

(kérjük az alábbiakat gondosan áttanulmányozni és bármely értelmezési gond esetén „kérdézzenek”!)

– Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Tehát minden dokumentumnak (pl.: nyilatkozatnak, igazolásnak, engedélynek, bankgaranciának, adásvételi szerződésnek és mellékleteinek, stb. is) magyar nyelvűnek kell lennie! (ha bármely dokumentum nem magyar nyelvű, akkor csatolni kell annak magyar nyelvű fordítását.)

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Az így becsatolandó fordításokon túl szerepeltetni kell egy, az Ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot, mely szerint: „A fordítás és az eredeti szöveg egymással tartalmilag mindenben megegyezik”)

Szakmai követelmények

– Nyilatkozat csatolása, hogy:

„A megajánlott eszközök, anyagok kielégítik a megadott szakmai követelményeket, az egészségügyi felhasználásból eredő jogos felhasználói elvárásokat és a vonatkozó előírásokat, szabványokat.”

A szakmai ajánlat része:

– **Kérjük a megajánlott termékek részletes ismertetését (az „Adatlap” kitöltésével), az „Ajánlati dokumentáció”-ban megadottak így az ajánlat alapján (teljeskörűen) kitöltött Adatlap-ok felhasználásával is** kérjük, mutassák be az Ajánlattevő által megajánlott (konkrét) terméket.

– **Az adottA konkrét, megajánlott eszközre, termékre vonatkozóan még az alábbi adatok megadása szükséges:**

- **a termék megnevezése, azonosító száma**
- **a gyártó megnevezése**
- A megajánlott termék / eszköz szakmai bemutatása, **műszaki (és installációs) adatai, rajzai**
- Az adott eszköz / berendezés csomagolási méretei / tömege - **Legalább az „Adatlap”-on kértek esetében**
- A termék / eszköz **érvényes minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik vagy sem. az „Adatlap”-on kértek esetében**
- A termék magyar vagy idegen nyelvű (javasoltan angol) nyelvű **prospektusának** csatolása (másolatban is megfelelő) is szükséges (ha nem magyar nyelvű – akkor rövidített magyar nyelvű fordításával) a becsatolt prospektusból / gépkönyvből ellenőrizhetőnek kell lenni az „Adatlap”-okon feltüntetett adatok helyessége. (ha abból a megadott adatok nem azonosíthatók egyértelműen, akkor a „prospektus” helyett a „gépkönyv” ill. annak megfelelő részlete csatolandó az ajánlat nyomtatott változatához!) Prospektuson a gyártó által kiadott színes

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

Formázott: Térköz Előtte: 0 pt, Többszintű + Szint: 1 + Igazítás: 0 cm + Tabulátorhely: 0 cm + Behúzás: 0,63 cm, Tabulátorok: 0,5 cm, Balra zárt + Nincs 2 cm

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

nyomdai úton készített termékismertető dokumentumot értjük. Gépkönyvön az eszköz / termék mellé csomagolt kezelési / működtetési leírást – a részletes műszaki adatokat is tartalmazó dokumentumot értjük.

Figyelem: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet előírása szerint (9. §) „az orvostechikai eszközök megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechikai eszközökről szóló rendeletben [4/2009. (III. 17.) EüM rendelet] előírt **gyártói megfelelőségi nyilatkozattal** és - ha az orvostechikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - **CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal** köteles igazolni.” - a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell a részletes igazoló dokumentumokat benyújtani - lásd **M2**.

Megajánlani csak a kért termékkel műszaki szempontból „egyenértékű”, vagy jobb terméket lehet. (ezt Ajánlattevőnek, adott esetben becsatolt dokumentummal kell igazolni!)

-
- **Szerződés-tervezet** megadott szövegén Ajánlattevő (érdemben) nem változtathat.

Az ajánlatot alkotó főbb okmányok, igazolások, nyilatkozatok

A jelen ajánlati dokumentációban, valamint az EKR-ben **előírt nyilatkozatok, adatok** megadása!

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 25. § tekintetében tett **összeférhetetlenségre** vonatkozó nyilatkozatát.

Üzleti titok:

A Kbt. 44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. **Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.**

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, **elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.**

A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az **általánosság szintjén** kerül megfogalmazásra.

Kérjük, hogy az üzleti titokká nyilvánításakor fokozott figyelemmel járjanak el a Kbt. 44. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel!

Az üzleti titokként az ajánlatban elhelyezett dokumentumokkal kapcsolatosan felhívjuk figyelmüket a Kbt. 73. § (1) f) fa) pontjára. Kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjanak el a fentiekre való tekintettel!

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére **az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza, és ne feledje el** ebben az esetben a **megfelelő tartalmú indoklás feltöltését / megadását sem!**

Az Ajánlat tartalma (nyomtatott és elektronikus formában is):

I. Ajánlatban

Az EKR-ben megadottak szerint

(benyújtandók elektronikus formában az előírt nyilatkozatok, dokumentumok – EKR űrlapokon, vagy a felcsatolt dokumentumok kitöltésével – majd azok beszkennelésével; valamint ajánlattevő által felcsatolt - előírt - dokumentumok)

II. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti **felhívást követően** becsatolandó iratok.

Az EKR-ben megadottak szerint (ill. ajánlatkérő által megadott iratminták kitöltésével)

Javasoljuk, az összeállítás után ellenőrizzék

- az ajánlat tartalmának megfelelően a dokumentumok teljes-körű felcsatolását
- a külön (nem űrlapként) csatolt dokumentumoknál a szükséges és a megfelelő személyek általi **aláírások meglétét**, (ill. az **aláírási címpéldányok**, esetleges **meghatalmazások** becsatolását)
- a becsatolt dokumentumok nyelvét – szükség esetén a fordításokat
- az **„Iratminták” / „Elektronikus űrlapok”** minden pontjának kitöltését és becsatolását (valamint adott esetben az azokban meghivatkozott dokumentumok becsatolásait is! – figyelem, nem minden dokumentumról készült űrlap/iratminta! – ezeket ajánlattevőnek kell értelemszerűen elkészíteni és a megfelelő gazdasági szereplőnek aláírnia)
- a külön (nem űrlapként) csatolt dokumentumoknál, azok tartalmát és **dátumát!**
- Üzleti titkot** (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok – elkülönítése (az EKR-ben megadott módon), **valamint** a Kbt. előírásai szerinti **indoklás** (Lásd részletesen a Kbt. 44. § előírásait.)
- Javasoljuk (ismételten) **ellenőrizzék saját maguk is** az interneten hozzáférhető „adatbázisokban” az Önök, és a közreműködő gazdasági szereplők megfelelőségét, ill. azt, hogy „alvállalkozók” és „kapacitás szervezeteik” regisztráltak-e az EKR rendszerben
- az ajánlat benyújtásának / feladásának (EKR rendszerbe) tervezett időpontját
- valamint **folyamatosan ellenőrizzék az EKR-ben**, hogy az eljárással kapcsolatban érkezett-e bármely új kommunikációs üzenet, kieg.tájékoztatás, vagy egyéb
(*ne hagyatkozzanak csak a rendszer-e-mail-ekre!*)

Egyéb előírások, tájékoztatások

Fontos

Az Ajánlat akkor számít a Közbeszerzési eljárásban **érvényes** ajánlatnak, ha az teljesíti a jogszabályokban előírt és a dokumentációban, valamint az EKR rendszerben felsorolt tartalmi és formai követelményeket és a meghatározott ajánlattételi határidőig fel lett töltve és feladásra került az EKR rendszerbe (kérem vegyék figyelembe, hogy adott esetben az Önök számítástechnikai rendszere meghibásodhat, ill. az internetelérésük is szünetelhet!).

A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Készedelmes ajánlatok

Lásd - Kbt. 73. § (1) a)

Az ajánlatok módosítása, visszavonása

Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig jogában áll ajánlatát módosítani, vagy visszavonni.

Az ajánlat módosítása akként történhet, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot - az EKR rendszerben - az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

FONTOS!!!

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás eredményességének elősegítése érdekében az értékelendő megajánlásaikat a verseny tisztaságának tiszteletben tartásával, az általánosan elfogadott szakmai szokásoknak, továbbá az esetleges etikai szabályoknak megfelelően tegyék meg és **ne vállaljanak irreális kötelezettségeket.**

A Közbeszerzési eljárás lebonyolításának menete

Az Ajánlat felbontása

Az EKR rendszer végzi (lásd részletesen a **424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet**-ben az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól).

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő **jegyzőkönyvet készít**, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

Az ajánlatok ellenőrzése

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és számítási hiba javítása:

a Kbt. 71. § és a 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet szerint.

A **Kbt. 71. § (11)** bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az **ajánlattevőt** annak javítására.

A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételiesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a „korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása esetén” nem kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott korlátozást.

Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások:

a Kbt. 72. § szerint

Az ajánlatok értékelése: az ajánlati felhívásban megadottak szerint, valamint:

A legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám határai:

alsó határa: **0**

felső határa: **10**

<p>1. Ajánlati összár (nettó Ft)</p> <p>az ártáblázatban megadott árak összege (mindhárom 1.1., 1.2., 1.3 tétel árának összege)</p>	<p>Arányosítás (fordított) a legkisebb értékekhez pontszám = $10 \cdot (X_{\min}/X)$</p>	<p>50 60</p>
<p>2.</p> <p>A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban! (1.1-1.3. tételek esetében):</p> <p>(*megadni a 12 hónap feletti hónapokat kell; tehát ha a teljeskörű jótállás ideje 18 hónap, akkor ennél a pontnál 6 hónapot kell beírni)</p> <p><i>Amennyiben a „rész” tételénél különböző jótállást ad ajánlattevő (figyelem a legalább 12 hónapos jótállás kötelező minden tételnél) akkor a számítás a legalacsonyabb jótállást vállaló tétel adatával végzendő el!</i></p>	<p>Ha a megadott teljeskörű jótállás ideje 12 hónap (*azaz beírva 0 hónap) akkor: 0 pont, ha több lásd alább:</p> <p>Arányosítás (egyenes) a legnagyobb értékekhez pontszám = $5 \cdot X/6$</p>	<p>86</p>
<p>3.</p> <p>Röntgenberendezés - Vezérlő képernyő funkcióinak száma (1.1.tétel):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vezérlő érintőképernyő mérete min 7"-os a röntgen szerkezeten, melyen megjeleníthető: 2. a teljes vezérlőfelület <ol style="list-style-type: none"> 2.1 HIS-ből érkező munkalista 2.2 Páciens kiválasztása 2.3 Felvétel paraméterezése 2.4 Előnézeti kép 	<p>amennyiben: az 1., valamint a 2.1-2.4 közül mind a négy teljesül: 10 pont az 1., valamint a 2.1-2.4 közül 3 teljesül: 7 pont az 1., valamint a 2.1-2.4 közül 2 teljesül: 5 pont az 1., valamint a 2.1-2.4 közül legalább 1 teljesül: 3 pont az 1., valamint a 2.1-2.4 közül egyik sem teljesül: 0 pont</p>	<p>65</p>
<p>4.</p> <p>Röntgen szoftver (1.1.tétel):</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Röntgenberendezés - Rendszershftverbe épített, grafikus és szöveges: páciens és csőpozicionálási segédlet 3.2 Röntgen felvételi munkák automatikus létrehozása a munkalistán érkező páciensekhez rendelt OENO / BNO vagy intézményi kód alapján 3.3 Asszisztensek által is szabadon összeállítható röntgen munkasor, mely egy gomb megnyomásával a kívánt felvételeket az előre megadott sorrendben a pácienshez rendeli. 3.4 Elkészült felvételek automatikus forogtatásának tanulása 	<p>amennyiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 3.1-3.4 közül mind a négy teljesül: 10 pont • a 3.1-3.3 közül három teljesül: 7 pont • 3.1-3.4 közül legalább kettő teljesül: 5 pont • 3.1-3.4 közül legalább egy teljesül: 2 pont • a 3.1-3.4 közül egyik sem teljesül: 0 pont 	<p>65</p>
<p>5. (1.2. tétel)</p> <p>Beépített, szabályozható erősségű fényfor-</p>	<p>amennyiben: teljesül: 10 pont</p>	<p>65</p>

rás, mely támogatja a leletezés közbeni olvasást/jegyzetelést, anélkül, hogy a fényviszonyokat zavarná.	<i>nem teljesül: 0 pont</i>	
6. (1.3. tétel) A kettős röntgen energia lövés rendszer pulzált	amennyiben: <i>igen: 10 pont</i> <i>nem: 0 pont</i>	65
7. (1.3. tétel) Olajjal hűtött röntgenső	amennyiben: <i>igen: 10 pont</i> <i>nem: 0 pont</i>	65
8. (1.3. tétel) A meglévő Hologic gyártmányú készülék adatainak és képeinek migrálása az új készülékre.	amennyiben: <i>igen: 10 pont</i> <i>nem: 0 pont</i>	42 <u>9</u>

Fogalmak, magyarázatok:

1. értékelési részszerponthoz:

Ajánlati összár (nettó Ft) esetében „fordított arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra (a megadott képlet szerint) – azaz a legmagasabb pontszámot a legalacsonyabb „**ajánlati összárát adó**” érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő kapja.

A képletben lévő jelölések magyarázata:

„**X**”: az adott részszerpont tekintetében a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

„**X_{min}**” az adott részszerpont tekintetében a legelőnyösebb érvényes ajánlat tartalmi eleme

***Fontos:** A megadott **értéknek** tartalmaznia kell az adott szolgáltatáshoz/termékhez tartozó **összes** konkrét és járulékos költséget!

2. értékelési részszerponthoz (csak az 1.1-1.3. tételek esetében):

„A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott **teljeskörű jótállás ideje** hónapokban!” esetében „egyes arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra (a megadott képlet szerint) – azaz

A legmagasabb pontszámot (10) a 12 hónap – vagy e feletti legtöbb „**többlet-jótállást**” vállaló érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő kapja (a többi arányosan kevesebbet.)

(A **teljeskörű jótállás** értékelési sávja: **12-24 hónap**) azaz ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő: **24 hónap**)

A képletben lévő jelölések magyarázata:

„**X**”: az adott részszerpont tekintetében a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

„**X_{max}**” az adott részszerpont tekintetében a legelőnyösebb érvényes ajánlat tartalmi eleme

Az egyes (érvényes) ajánlatok végső összpontszáma a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően számítható.

A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Az eljárás eredményéről „összegezés” készül, melyet minden-, ajánlatot benyújtó Ajánlattevő az **EKR rendszerben** megtekinthet.

Az Ajánlatkérő döntését az **Összegezés EKR rendszerben történő** kiküldése által közli.

Szerződéskötés

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 131. § (4)]

A Közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötendő szerződést *(magyar nyelven)* felek a nyertes ajánlat tartalma szerint kötik meg a Kbt. szerint meghatározott tartalommal és időben - a megadott szerződéstervezet alapján.

Nyertes ajánlattevő a 368/2011 (XII.31.) Korm rendelet 50. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Az átláthatósági nyilatkozat nem vagy nem megfelelő kitöltése a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

A dokumentációban és az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

Minden Gazdasági szereplőnek sikeres ajánlattételt kívánva

2019. július

**Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórház**

MedlineS Kft.

Direkt digitális felvételező röntgenberendezés

Adatlap

Megnevezés:

Típus:.....

Gyártó:.....Származási hely:.....

Ezen típusú orvostechikai eszköz első forgalomba-hozatalának időpontja (év):.....

Ajánlattevő:.....

Ajánlattevő képviselője:.....

I. Orvosszakmai előírás:

Mennyiség: 1 db

Technológiai követelmény:

Direkt digitális felvételező röntgenberendezés (2db direkt digitális detektorral)

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Röntgen generátor		
Teljesítmény 3 fázis min. 50 kW	Igen, Kérjük megadni!	
Felvételi csőfeszültség tartomány min. 40-150kV között 1 kV-onként szabályozható	Igen, Kérjük megadni!	
Felvételi csőáram tartomány min. 10 mA és 600 mA között szabályozható	Igen, Kérjük megadni!	
Felvételi mAs tartomány min. 0,5 mAs és 600 mAs között szabályozható	Igen, Kérjük megadni!	
Expozíciós idő tartomány min. 1 msec – 6 sec között szabályozható	Igen, Kérjük megadni!	
Anatómia programok min. 250 féle	Igen, Kérjük megadni!	
Expozíciós automata	Igen	
Röntgenső		
Anód forgási sebesség min. 2700 ford/perc	Igen, Kérjük megadni!	
Csőfeszültség tartomány min. 40-150 kV	Igen, Kérjük megadni!	
Anód hőkapacitása min. 300 kHU	Igen, Kérjük megadni!	
Fókuszok mérete max. 0,6/1.2 mm	Igen, Kérjük megadni!	
Röntgenső tartó állvány		

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Padlóra rögzített csőtartó állvány, asztaltól függetlenül, sínen mozgó	Igen	
Az állványon a röntgenső motorosan mozog függőleges irányban	Igen	
Függőleges autotracking a röntgenső és a fali bucky között (a fali bucky függőleges mozgását a röntgenső követi)	Igen	
Függőleges autotracking a röntgenső és az asztallap között (az asztallap függőleges mozgását a röntgenső követi)	Igen	
Csőtartó állvány hosszirányú mozgástartománya min. 218 cm	Igen, Kérjük megadni!	
A röntgen sugárfókusz padlótól mért távolsága a legalsó helyzetben max. 35 cm	Igen, Kérjük megadni!	
A röntgenső függőleges mozgástartománya min. 140 cm	Igen, Kérjük megadni!	
Állvány kifordíthatósága mindkét irányban 90 fokban	Igen, Kérjük megadni!	
Cső kifordíthatósága a vízszintes tengely körül min. +/- 130 fok	Igen, Kérjük megadni!	
LED-es világítású kollimátor és lézeres pozicionáló vonalfény a csőfókusz és a detektor közép pozicionáláshoz	Igen	
Beépített DAP (Dose Area Product) dózismérő, a mért adatok automatikusan a PACS-ba küldött DICOM kép fejlécébe kerülnek	Igen	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
<p>Értékelési részszempont</p> <p>Röntgenberendezés - Vezérlő képernyő funkcióinak száma</p> <ol style="list-style-type: none"> Vezérlő érintőképernyő mérete min 7"-os a röntgen szerkezeten, melyen megjeleníthető: a teljes vezérlőfelület <ol style="list-style-type: none"> HIS-ből érkező munkalista Páciens kiválasztása Felvétel paraméterezése Előnézeti kép 	<p>Igen, Kérjük megadni! Amennyiben AZ 1., VALAMINT A 2.1-2.4 KÖZÜL MIND A NÉGY TELJESÜL: 10 PONT</p> <p>AZ 1., VALAMINT A 2.1-2.4 KÖZÜL 3 TELJESÜL: 7 PONT</p> <p>AZ 1., VALAMINT A 2.1-2.4 KÖZÜL 2 TELJESÜL: 5 PONT</p> <p>AZ 1., VALAMINT A 2.1-2.4 KÖZÜL LEGALÁBB 1 TELJESÜL: 3 PONT</p> <p>az 1., valamint a 2.1-2.4 közül egyik sem teljesül: 0 pont</p>	
<p>Az expozíció során kimenő valós felvételi paraméterek megjelenítése vagy a röntgensőnél lévő kijelzőn vagy az integrált vezérlői konzolon. Legalább: -kV, mAs és DAP által mért dózisérték</p>	Igen	
Röntgen felvételi asztal		
Felvételi úszó asztallap hossza min. 210 cm	min. 210 cm	
Felvételi asztallap szélessége min. 80 cm	min. 80 cm	
Úszólapp mozgások engedélyezése és tiltása lábkapcsolóval	Igen	
Motoros magasság állítás min.: 58-80 cm tartomány minimumfeltétel.	Igen, Kérjük megadni!	
Motoros magasság állítás vezérlése lábkapcsolóval	Igen	
Asztallap függőleges mozgástartománya min. 30 cm	Igen, Kérjük megadni!	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 80 cm	min. 80 cm	
Asztallap keresztirányú mozgástartománya min. 25 cm	min. 25 cm	
Bucky hosszirányú mozgása az asztallap alatt min. 50 cm	min. 50 cm	
Úszólap mozgások engedélyezése/tiltása az asztalra szerelt kapcsolóval	Igen	
Motoros magasság állítás vezérlése az asztalra szerelt lábkapcsolóval	Igen	
Asztal teherbíró képessége min. 250 kg	Igen, Kérjük megadni!	
3-mezős AEC ionkamra	Igen	
Beépített finomrács általános radiológiai célra megfelelő paraméterekkel	Igen	
Asztalra helyezhető detektor tartó állvány oldalirányú felvételekhez, 43x43cm detektor mérethez	Igen	
Távfelvételi állvány		
Bucky középpont padlótól mért távolsága a legalsó helyzetben max. 35 cm	Igen, Kérjük megadni!	
Bucky szerkezet függőleges mozgástartománya min. 140cm	Igen, Kérjük megadni!	
3-mezős AEC ionkamra	Igen	
Beépített finomrács általános radiológiai célra megfelelő paraméterekkel	Igen	
1 pár oldalirányú kapaszkodó	Igen	
Fej feletti kapaszkodó	Igen	
Távfelvételi állvány elé helyezhető, kerekeken gördíthető, áttetsző (pl. plexi) „fal”, melynek a páciens akár biztonsággal nekidőlve is felvételezhető, azaz teljes alakos - un. „stiching” - sorozat kép készítésére szolgál segéd állvány	Igen	
Direkt digitális detektor		
2db rendszerbe integrált szabványos röntgenkassetta méretű, mobil flat detektor, mely kábeles és WIFI kapcsolattal is működtethető	Igen	
A detektorok egyaránt használhatók az asztali és fali bucky állványban, valamint a bucky-ból kivéve, szabadon	Igen	
A detektorok aktív képező mérete min. 42x42 cm	Igen, Kérjük megadni!	
Terhelhetőség: min 100 kg	Igen, Kérjük megadni!	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott be- rendezésnél:
Pixelméret max. 160µm	Igen, Kérjük megadni!	
Jel mintavételezési AD konverzió min. 16 bit/pixel	Igen, Kérjük megadni!	
Vezérlés és adatátvitel módja vezeték nélküli	Igen	
Scintillátor anyaga GOS vagy CSI	Igen, Kérjük megadni!	
Energia ellátás módja cserélhető akkumulátoros	Igen	
Detektorok súlya egyenként akkumulátorral max.: 4 kg	Igen, Kérjük megadni!	
A rendszerrel szállítandó kiegészítők min.: 1 db töltő egység (2 vagy 3 db akkumulátor egyidejű töltésének lehetősége) + 2 db akkumulátor	Igen, Kérjük megadni!	
Egy feltöltéssel elvégezhető expozíciók száma min. 500 expozíció	Igen, Kérjük megadni!	
A detektorok vezetéken keresztül folyamatosan töltődnek mindkét bucky-ban	Igen	
Sorozatfelvétel készítésére alkalmas szoftver (gerincről vagy lábról készült felvételek min.: 3 felvétel automatikus összeillesztése egy kép-pé)	Igen	
Digitális röntgen vezérlő konzol		
Egységes integrált érintőképernyős vezérlői felület (a röntgen generátor és a detektorok vezérlői felülete valamint a képmegjelenítés ugyanazon a vezérlői monitoron)	Igen	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott be- rendezésnél:
<p>Értékelési részszerpont:</p> <p>3. Röntgen szoftver</p> <p>3.1. Röntgenberendezés - Rendszer-szoftverbe épített, grafikus és szöveges: páciens és csőpozícionálási segédlet</p> <p>3.2 Röntgen felvételi munkák automatikus létrehozása a munkalistán érkező páciensekhez rendelt OENO / BNO vagy intézményi kód alapján</p> <p>3.3 Asszisztensek által is szabadon összeállítható röntgen munkasor, mely egy gomb megnyomásával a kívánt felvételeket az előre megadott sorrendben a pácienshez rendeli.</p> <p>3.4 Elkészült felvételek automatikus forgatásának tanulása</p>	<p>Igen, Kérjük megadni!</p> <p>Amennyiben a 3.1-3.4 közül mind a négy teljesül: 10 pont a 3.1-3.3 közül három teljesül: 7 pont 3.1-3.4 közül legalább kettő teljesül: 5 pont 3.1-3.4 közül legalább egy teljesül: 2 pont a 3.1-3.3 közül egyik sem teljesül: 0 pont</p>	
Vezérlői monitor min. 21" színes érintőképernyős TFT vagy LCD	Igen	
Páciens kiválasztási lehetősége DICOM munkalistából	Igen	
Magyar nyelvű felhasználói felület	Igen	
<p>Képprocesszási lehetőségek a vezérlői konzolon</p> <p>minimum elvárt funkciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nagyítás és képúsztatás -jelölők és standard szövegek elhelyezése, mozgatása -szabad szövegek bevitele 	<p>Igen, Kérjük megadni!</p>	
<p>Képminőség javító funkciók a vezérlői konzolon</p> <p>minimum elvárt funkciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> -automatikus képharmonizálás -automatikus sugárrekesz maszkolás -automatikus rácszaj elnyomás 	<p>Igen, Kérjük megadni!</p>	
<p>Biztonságos üzemeltetést támogató funkciók a vezérlői konzolon</p> <p>minimum elvárt funkciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wifi térerő kijelzése -detektor akkumulátorának töltöttségi állapot kijelzése 	<p>Igen, Kérjük megadni!</p>	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Jelszavas bejelentkezés a vezérlői konzolon	Igen	
Magyar nyelvű felhasználói felület	Igen	
DICOM szolgáltatások Illesztés a meglévő PACS rendszerhez minimum: -DICOM SEND -DICOM MODALITY WORKLIST -DICOM PRINT	Igen, Kérjük megadni!	
További műszaki paraméterek		
Jelenleg működő röntgen berendezések leszerelése és elszállítása az ajánlattevő feladata	Igen	
A berendezéseknek illeszkednie kell az Intézetben működő RIS és PACS rendszerrel. (Munkalista fogadás, képek szolgáltatása)	Igen	

II. Garanciális és szerviz feltételek, installáció:

Előírások	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Szerviz neve és címe	kérjük megadni	
Szerviz telefonszáma, munkaidőben	kérjük megadni (magyar nyelvű kommunikáció)	
<u>Gyártó által</u> a megajánlott termékekre kiképzett magyar nyelven is beszélő szervizszakemberek száma	kérjük megadni (legalább egy fő)	
Garantált reakcióidő , órákban kifejezve: a hibabejelentésétől a javítás megkezdéséig eltelt idő (garanciális időben és azon túl is)	max. 48 óra	
A jótállás időtartama alatt teljeskörű szerviz és karbantartás	igen	
Üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott komplett berendezésre beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, kiszállást* <i>A jótállás időszakában semmiféle díj a karbantartásokért, cserékért nem számítható fel (pl. kiszállási díj, munkadíj, kilométer pénz, stb. sem!)</i>	legalább 12 hónap (üzembe helyezést követő próbaüzem utáni végleges átadás-átvételtől számítva)	
Fenti időszakban karbantartás és szerviz ingyenes	igen	

Előírások	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Fenti időszakban kiszállás karbantartásra, szervizre ingyenes	igen	
Egyéb		
Hány évig garatálják az alkatrészellátást?	kérjük megadni (az üzembehelyezéstől számítottan min. 10 év kötelező)	
Hány évig garatálják a szükséges szoftverfrissítéseket?	kérjük megadni (az üzembehelyezéstől számítottan min. 5 év kötelező)	
<u>Magyar</u> nyelvű kézikönyv (elektronikus formában az ajánlat beadásával együtt csatolandó)	Igen (nyomatott változatban csak a berendezés leszállításakor kell biztosítani) (a kézikönyv elvesztés esetén ingyenesen pótlendő)	
Komplett / <u>részletes</u> (minden szakterületre kiterjedő) installációs adatok , rajzok, rögzítési adatok, sablonok, (elektronikus formában) <i>már az ajánlattételkor is csatolandó</i>	igen	
Betanítás (legalább 2 fő)	igen	

III. Engedélyek, minőségtanúsítások:

1. A berendezés rendelkezik a magyarországi forgalombahozatalhoz szükséges összes engedéllyel: (*minimum feltétel*) igen nem

(a megfelelő bekarikázandó)

ANTSZ/OTH sugárvédelmi nyilvántartásba vételi regisztrációs szám:

„CE” min. száma: dátuma: érvényessége (*adott esetben*):

IV. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak tartott megjegyzések:

- csomagolási méretei / tömege (tájékoztató adat):
- az egyes (különálló) részegységek méretei / körvonalrajza és tömege:.....
- villamos csatlakozási elvárások:
- előírt hálózati ellenállás:
- villamos kapcsolószekrényt tartalmaz-e az ajánlat: igen nem
 - - *ha nem akkor az igényelt szekrény pontos adatai paramétereit (külön dokumentumban)*

.....
Az adatok a valóságnak megfelelnek, azok igazolására hiteles dokumentumokkal rendelkezünk, melyeket - szükség esetén - ajánlatkérő kérésére bemutatunk!

.....
ajánlattevő *felhatalmazott* képviselője

09.05-i változat

Leletező munkaállomás

Adatlap

Megnevezés:

Típus:.....

Gyártó:.....Származási hely:.....

Ezen típusú orvostechikai eszköz első forgalomba-hozatalának időpontja (év):.....

Ajánlattevő:.....

Ajánlattevő képviselője:.....

I. Orvosszakmai előírás:

Mennyiség: 1 db

Technológiai követelmény:

Leletező munkaállomás

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott be- rendezésnél:
DICOM képmegjelenítő rendszer:		
2 darab, fekete-fehér, LED radiológiai leletező monitor , beépített automatikus DICOM kalibrációs egységgel, a szükséges vezérlő kártyával	Igen	
Felbontás min. 3 megapixel	Igen, Kérjük megadni!	
Képernyő mérete min. 21"	Igen, Kérjük megadni!	
Színmélység min. 14 bit	Igen, Kérjük megadni!	
Fénysűrűség min. 1500 cd/m ²	Igen, Kérjük megadni!	
Kontrasztarány min. 1200:1	Igen, Kérjük megadni!	
Beépített USB port	Igen, Kérjük megadni!	
Értékelési szempont	Kérjük megadni!	
Beépített, szabályozható erősségű fényforrás, mely támogatja a leletezés közbeni olvasást/jegyzetelést, anélkül, hogy a fényviszonyokat zavarná.	Amennyiben teljesül: 10 pont nem teljesül: 0 pont	
Betekintési szög: min.: 170°/170°	Igen, Kérjük megadni!	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott be- rendezésnél:
Méret: max.: 525 (Mag.) x 400 (szélesség) x 250 mm (mélység)	Igen, Kérjük megadni!	
Súly max.: 12 kg	Igen, Kérjük megadni!	
MUNKAÁLLOMÁS		
Négy magos architektúra	Igen	
Minimum 8 GB RAM, 16 GB-ra bővíthető	Igen, Kérjük megadni!	
Minimum 500 GB SSD meghajtó	Igen, Kérjük megadni!	
1Gbit/s LAN kártya	Igen, Kérjük megadni!	
DVD+/-RW	Igen	
Magyar billentyűzet és optikai egér	Igen	
Hangkártya	Igen	
Operációs rendszer min.: MS Windows 10 Professional	Igen, Kérjük megadni!	
Adminisztrációs színes monitor min.: 21,5" LCD	Igen, Kérjük megadni!	

II. Garanciális és szerviz feltételek, installáció:

Előírások	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Szerviz neve és címe	kérjük megadni	
Szerviz telefonszáma, munka-időben	kérjük megadni (<i>magyar nyelvű kommunikáció</i>)	
Garantált reakcióidő , órákban kifejezve: a hibabejelentésétől a javítás megkezdéséig eltelt idő (<i>garanciális időben és azon túl is</i>)	max. 48 óra	
A jótállás időtartama alatt teljeskörű szerviz és karbantartás	igen	

Előírások	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
<p>Üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott komplett berendezésre beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, kiszállást*</p> <p><i>A jótállás időszakában semmiféle díj a karbantartásokért, cserékért nem számítható fel (pl. kiszállási díj, munkadíj, kilométer pénz, stb. sem!)</i></p>	<p>legalább 12 hónap</p> <p>(üzembe helyezést követő próbaüzem utáni végleges átadás-átvételtől számítva)</p>	
Fenti időszakban karbantartás és szerviz ingyenes	igen	
Fenti időszakban kiszállás karbantartásra, szervizre ingyenes	igen	
Egyéb		
Hány évig garantálják az alkatrészellátást?	kérjük megadni (az üzembehelyezéstől számítottan min. 10 év kötelező)	
Hány évig garantálják a szükséges szoftverfrissítéseket?	kérjük megadni (az üzembehelyezéstől számítottan min. 5 év kötelező)	

III. Engedélyek, minőségtanúsítások:

1. A berendezés rendelkezik a magyarországi forgalombahozatalhoz szükséges összes engedéllyel: (*minimum feltétel*) igen nem
(a megfelelő bekarikázandó)

ANTSZ/OTH sugárvédelmi nyilvántartásba vételi regisztrációs szám:

„CE” min. száma: dátuma: érvényessége (adott esetben):

IV. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak tartott megjegyzések:

- o csomagolási méretei / tömege (tájékoztató adat):

.....

Az adatok a valóságnak megfelelnek, azok igazolására hiteles dokumentumokkal rendelkezünk, melyeket - szükség estén - ajánlatkérő kérésére bemutatunk!

.....
ajánlattevő felhatalmazott képviselője

Adatlap

Megnevezés:

Típus:.....

Gyártó:.....Származási hely:.....

Ezen típusú orvostechikai eszköz első forgalomba-hozatalának időpontja (év):.....

Ajánlattevő:.....

Ajánlattevő képviselője:.....

I. Orvosszakmai előírás:

Mennyiség: 1 db

Technológiai követelmény:

Teljes testes csontsűrűség mérő

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott be- rendezésnél:
Teljes testes csontsűrűség mérésre alkalmas készülék	Igen	
Felvételezhető terület	Min. 195x65 cm	
Terhelhetőség	Min. 200 kg	
Asztal legalacsonyabb szintje	Max. 75 cm	
Lézeres betegpozicionálás	Igen	
Páciensdózis csökkentő eljárás	Igen	
Kettős röntgen energia lövés rendszer	Igen	
A kettős röntgen energia lövés rendszer pulzáló	Kérjük megadni, előny a megléte (igen = 10 pont; nem = 0 pont)	
Digitális detektor	Igen	
Olajjal hűtött röntgencső	Kérjük megadni, előny a megléte (igen = 10 pont; nem = 0 pont)	
Vizsgálati típusok		
AP gerinc	Igen	
Csípő	Igen	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott be- rendezésnél:
Alkar	Igen	
Teljes test	Igen	
Ortopédiai program (csípő)	Igen	
Gyermek vizsgálatra alkalmas program	Igen	
TBS iNsight (trabecularis Bone Score) szoft- ver alkalmazása	Igen, <i>kérjük csatolni a Medimaps cég nyilatkozatát, hogy ajánlattevő által megajánlott készü- lék alkalmazza</i>	
Egyéb szoftveres követelmények		
DICOM kommunikáció	Igen	
Vizsgálatok összehasonlíthatósága	Igen	
A meglévő Hologic gyártmányú készülék ada- tainak és kepeinek migrálása az új készülék- re.	Kérjük megadni, előny a megléte (igen = 10 pont; nem = 0 pont)	
Munkaállomás követelmények		
min. Intel Core processzor	Igen, kérjük megadni	
min. Windows 7 operációs rendszer	Igen, kérjük megadni	
RAM	min. 2 GB	
HDD	Min. 250 GB	
DVD meghajtó	Igen	
LCD monitor	Min. 19"	
Színes hálózati nyomtató	Igen	

II. Garanciális és szerviz feltételek, installáció:

Előírások	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Szerviz neve és címe	kérjük megadni	
Szerviz telefonszáma, munkaidőben	kérjük megadni (<i>magyar nyelvű kommunikáció</i>)	
Gyártó által a megajánlott termékekre kiképzett magyar nyelven is beszélő szervizszakemberek száma	kérjük megadni (<i>legalább egy fő</i>)	
Garantált reakcióidő , órákban kifejezve: a hibabejelentésétől a javítás megkezdéséig eltelt idő (<i>garanciális időben és azon túl is</i>)	max. 24 óra	
A jótállás időtartama alatt teljeskörű szerviz és karbantartás	igen	
Üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott komplett berendezésre beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, kiszállást* <i>A jótállás időszakában semmiféle díj a karbantartásokért, cserékért nem számítható fel (pl. kiszállási díj, munkadíj, kilométer pénz, stb. sem!)</i>	legalább 12 hónap (üzembe helyezést követő próbaüzem utáni végleges átadás-átvételtől számítva)	
Fenti időszakban karbantartás és szerviz ingyenes	igen	
Fenti időszakban kiszállás karbantartásra, szervizre ingyenes	igen	

Előírások	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Egyéb		
Hány évig garantálják az alkatrészellátást?	kérjük megadni (az üzembehelyezéstől számítottan min. 10 év kötelező)	
Hány évig garantálják a szükséges szoftverfrissítéseket?	kérjük megadni (az üzembehelyezéstől számítottan min. 5 év kötelező)	
<u>Magyar</u> nyelvű kézikönyv (elektronikus formában az ajánlat beadásával együtt csatolandó)	Igen (nyomatott változatban csak a berendezés leszállításakor kell biztosítani) (a kézikönyv elvesztés esetén ingyenesen pótlendő)	
Komplett / <u>részletes</u> (minden szakterületre kiterjedő) installációs adatok , rajzok, rögzítési adatok, sablonok, (elektronikus formában) <i>már az ajánlattételkor is csatolandó</i>	igen	
Betanítás (legalább 2 fő)	igen	

III. Engedélyek, minőségtanúsítások:

1. A berendezés rendelkezik a magyarországi forgalombahozatalhoz szükséges összes engedéllyel: (*minimum feltétel*) igen nem
(a megfelelő bekarikázzandó)

ANTSZ/OTH sugárvédelmi nyilvántartásba vételi regisztrációs szám:

„CE” min. száma: dátuma: érvényessége (adott esetben):

IV. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak tartott megjegyzések:

- csomagolási méretei / tömege (tájékoztató adat):
 - az egyes (különálló) részegységek méretei / körvonalrajza és tömege:.....
.....
 - villamos csatlakozási elvárások:
 - előírt hálózati ellenállás:
 - villamos kapcsolószeleket tartalmaz-e az ajánlat: igen nem
 - - *ha nem (és szükséges) akkor az igényelt szelektípus pontos adatai paramétereit (külön dokumentumban)*
-

Az adatok a valóságnak megfelelnek, azok igazolására hiteles dokumentumokkal rendelkezünk, melyeket - szükség esetén - ajánlatkérő kérésére bemutatunk!

.....
ajánlattevő *felhatalmazott* képviselője

09.05-i változat

Adatlap

Megnevezés:
 Verzió:.....
 Fejlesztő:.....Származási hely:.....

Ezen rendszer első forgalomba-hozatalának időpontja (év):.....

Ajánlattevő:.....
 Ajánlattevő képviselője:.....

I. Orvosszakmai előírás:

Mennyiség: 1 rendszer

Technológiai követelmény:

medikai rendszerrel integrált, intézményi PACS rendszer

Nyertes szállítónak a komplett rendszer helyszíni szállítását, telepítését, a meglévő DICOM képállomány migrálását, a szükséges integrációk megvalósítását (DICOM eszközök, HIS munkalista licence és kiépítése), és a felhasználó személyzet betanítását is el kell végeznie.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szállító ezzel kapcsolatos minden költségét!

Egy korszerű intézményi PACS rendszer üzemeltetése csak olyan informatikai infrastruktúrán lehetséges, amely magas rendelkezésre állást, és biztonságos adattárolást nyújt. A PACS rendszer teljesítménye ki kell szolgálja a kórház megnövekedett adatkezelési igényeit, valamint a legmodernebb képalkotási- és távdiagnosztikai rendszereket is.

Megoldandó a kialakítandó rendszerben a PACS adatbázis és a digitális képarchívum (DICOM képállomány) másodlagos mentése (NAS eszköz).

A telepítésre kerülő rendszer minden részére kiterjedően elvártak a hivatalos gyártói támogatással rendelkező megoldások.

Az informatikai eszközökre minimum 3 év jótállást kell biztosítani.

Az ajánlatkérő által kijelölt szerverteremben helyet kap a PACS rendszer szervergépe, a másodlagos képtár, a szünetmentes tápegység. A központi PACS szerver Gigabites technológián alapuló kapcsolatát a röntgenosztállyal, illetve a digitális képalkotó eszközökkel a kórház biztosítja.

A leletezés korszerű radiológiai munkaállomáson történik. Ezen a munkaállomáson történik a digitális röntgen által készített felvételek kiértékelése, szerkesztése, leletadatokkal történő ellátása és beteg CD készítése. Ennek kiépítettsége és minősége nagyban befolyásolja a leletezési folyamatot.

Tekintettel arra, hogy az intézményben készített digitális felvételeket, több szakrendelés részére is elérhetővé kell tenni, szükség van - a meglévő orvosi munkaállomásokon futó - **10 darab képmegtekintő licence** (szoftver) szállítására.

A rendszernek távleletezést lehetővé tevő komponenssel kell rendelkeznie. Az ajánlatnak minden ezzel kapcsolatos licenc és egyéb költséget tartalmazni a kell!

Mennyiségi követelmények:

Sorsz.	Megnevezés	Db.
1.	Az egészségügyi rendszerrel integrált PACS server szoftver (minimum 5 db DICOM eszköz integrációval)	1
2.	Radiológiai leletező szoftver	1
3.	Képmegtekintő szoftver	10
4.	PACS rendszer eszközei <ul style="list-style-type: none"> · 1 darab Másodlagos képtár (NAS), 12TB RAID5 · 1 darab 1500VA (650W) szünetmentes tápegység 	1
5.	Intézményi PACS szerver, és online képtár (minimum 6TB RAID1)	1
6.	Radiológiai leletező munkaállomás	1

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
A PACS rendszer feleljen meg a releváns magyar és EU- jogszabályi előírásoknak, valamint a szakmai kollégiumok vonatkozó ajánlásainak.	igen	
Garantálja az adatok biztonságát az illetéktelen személyek hozzáféréseinek kizárásával.	igen	
Biztosítsa az orvosi dokumentáció – jogszabály által előírt ideig való – biztonságos tárolását és előkereshetőségét.	igen	
Teljes körű naplózási funkcionalitással rendelkezzen, minden adatmódosítás kerüljön naplózásra. Legyen lehetőség a napló teljes körű lekérdezésére.	igen	
SQL-99 szabványt támogató, tranzakciós, relációs adatbázis-kezelő motor használata.	igen	
Helyzet-érzékeny, magyar nyelvű on-line súgó-rendszer.	igen	
A PACS rendszer elemei (PACS szerver szoftver, radiológiai leletező szoftver, osztályos megtekintő szoftver) legyenek gyártó szerint homogének.	igen	
A PACS rendszer elemei közötti kommunikáció szabványos DICOM 3.0 legyen.	igen	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
DICOM Conformance Statement becsatolása, a rendszer minden elemére vonatkozóan.	igen	
A rendszerhez kerüljön illesztésre az intézmény összes DICOM kommunikációra képes képalkotó modalitása.	igen	
A rendszer <i>minden</i> komponensének felhasználói felülete és a biztosított dokumentáció, magyar nyelvű legyen.	igen	
Munkalista fogadása az intézmény HIS rendszeréből, ennek minden költségével	igen	
Kommunikációs szabványok támogatása: HL7, DICOM.	igen	
A PACS rendszerben tárolt páciensek és vizsgálatok/képek egyértelműen kapcsolódnak a HIS rendszerben tárolt páciens- illetve megjelenési adatokkal.	igen	
A PACS rendszer minden eleme legyen távolról menedzselhető.	igen	
A PACS rendszer RIS rendszerként is alkalmazható legyen.	igen	
PACS szerver szoftver követelményei		
Transzparens módon bővíthető PACS archívum	igen	
DICOM funkciók: DICOM Storage SCP/SCU, DICOM Modality Worklist SCP/SCU, DICOM Print SCU, DICOM query/retrieve SCP/SCU, DICOM Storage Commitment SCP, DICOM Modality Performed Procedure Step SCP	igen	
Munkalisták fogadása a HIS/RIS rendszer felől és továbbítása a képalkotó modalitások irányába	igen	
A modalitások felől érkező képek tárolása	igen	
Képek több szempont szerinti lekérdezési lehetősége szabványos DICOM kérések/válaszok formájában	igen	
Veszteségmentes DICOM tömörítéssel történő képtárolás lehetősége	igen	
Képtároló egységek statisztikai adatainak lekérdezhetősége: tárolt betegek, vizsgálatok, képsorozatok, képek száma; telítettség mértéke, stb.	igen	
Előnézeti képek támogatása a gyorsaság érdekében	igen	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Ajánlattevő mutassa be, hogy rendelkezik olyan távleletező szoftver megoldással, amely alkalmas a kórházban készülő digitális felvételek külső radiológus felé távleletezésre való továbbítására.	igen	
Ajánlattevő mutassa be, hogy rendelkezik olyan távleletező szoftver megoldással, amely alkalmas arra, hogy a kórház távleletezést végezzen másik képalkotó intézmény számára.	igen	
Radiológiai leletező szoftver követelményei		
DICOM funkciók: DICOM Storage SCU, DICOM Print SCU, DICOM query/retrieve SCP/SCU	igen	
Képek PACS szerverről való lekérdezési lehetősége, több szempont szerinti szabványos DICOM kérések/válaszok formájában	igen	
Szöveges leletezés lehetősége a szoftveren belül	igen	
Leletezés közben hozzáférési lehetőség a páciens korábbi vizsgálatainak képeihez	igen	
Leletezés közben jegyzetekkel ellátott képerziók visszatárolása a PACS szerverre	igen	
Képek nyomtatási lehetősége DICOM filmnyomtatóra, a filmméret és beosztás definiálásával	igen	
Képek nyomtatási lehetősége szabványos Windows nyomtatóra	igen	
Leletek CD-n történő kiadása a betegek számára. A CD tartalmazzon automatikusan elinduló képmegtekintő alkalmazást	igen	
Többmonitoros leletezés támogatása	igen	
Processzálási funkciók:		
Ablakolás (egérmozgatással és előre programozottan)	igen	
Inverz kép megjelenítése	igen	
Forgatás, tükrözés	igen	
Kicsinyítés/nagyítás	igen	
Távolság-, terület- és szögmérés	igen	
Mozgóképek (cine) üzemmód	igen	
Pixel denzitás megjelenítése	igen	
Grafika és szövegrögzítés a képre	igen	

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Képek exportálása DCM, JPG, BMP, DICOMDIR formátumban	igen	
Képek importálása DCM, JPG, BMP, DICOMDIR formátumból	igen	
Él-kiemelés	igen	
Hisztogramm kiegyenlítés	igen	
Szinkron képmanipuláció	igen	
Tetszőleges képosztás	igen	
Előnézeti képek támogatása a gyorsaság érdekében	igen	
Osztályos képmegtekintő szoftver követelményei		
DICOM funkciók: DICOM query/retrieve SCP/SCU	igen	
Képek PACS szerverről való lekérdezési lehetősége, több szempont szerinti szabványos DICOM kérések/válaszok formájában	igen	
Képek nyomtatási lehetősége szabványos Windows nyomtatóra	igen	
Processzási funkciók:		
Ablakolás (egérmozgatással és előre programozottan)	igen	
Inverz kép megjelenítése	igen	
Forgatás, tükrözés	igen	
Kicsinyítés/nagyítás	igen	
Távolság-, terület- és szögmérés	igen	
Mozgóképek (cine) üzemmód	igen	
Pixel denzitás megjelenítése	igen	
Képek exportálása DCM, JPG, BMP, DICOMDIR formátumban	igen	
Képek importálása DCM, JPG, BMP, DICOMDIR formátumból	igen	
Él-kiemelés	igen	
Hisztogramm kiegyenlítés	igen	
Tetszőleges képosztás	igen	
Hardver		
Másodlagos képtár, mentési célra követelményei		

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Rack szekrénybe szerelhető, kompakt, négymagos 2,4GHz-es processzor, minimum 16 GB memória, 4 db Gigabites csatlakozó, 12TB redundancián kívüli tárhelykapacitással, maximum 1U méretű, szerverektől fizikailag elkülönítetten működő egység, redundanciás technológiák magas szintű ismerete választhatóan a létrehozandó RAID tömbökön: RAID 0,1,5,6	igen	
Szünetmentes tápellátás követelményei		
Line-Interaktív szünetmentes, minimum 5 perc áthidalási idővel, 1500VA azaz 900W kimeneti teljesítményű, központi szerverhez USB interfész csatolófelületes technológiás távfelügyeleti szoftverrel rendelkezzen	igen	
Intézményi PACS szerver, és online képtár követelményei		
Rack szekrénybe szerelhető kivitel, a hozzávaló sínkészlettel, maximum 1U méretű, minimum 4db merevlemez férőhellyel, 32GB memória, minimum 1 db Intel Xeon E-szériás 3,3 GHz processzor, 2 darab minimum 300GB SAS tükörbiztonsággal ellátott és 2 darab minimum 6TB NLSAS HDD tárhely szintén tükörbiztonsággal ellátott konfigurációban. Kivitelezésében külön rendszeradat és külön DICOM képtár háttérrel rendelkezzen elszeparáltan	igen	
Microsoft Windows Server 2016 Standard, minimum 10 felhasználó licencelés	igen	
Microsoft SQL 2017 adatbázis kezelő szoftver, 10 felhasználó licencelés	igen	
Radiológiai leletező munkaállomás követelményei		

Technikai paraméterek	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Álló toronyház kiserelésű, Intel i5 vagy ezzel egyenértékű minimum 3GHz proceszorsebességű leletezésre alkalmas munkaállomás. Minimum 8 GB DDR4 memória, 256 GB M.2 vagy SATA csatlakozófelületű SSD háttértároló, integrált hangkártya, beépített optikai író és olvasó, Windows 10 Professional 64 bites Magyar nyelvű operációs rendszer, magyar nyelvű vezetékes klaviatúra és egér és egy darab 21,5" 1920x1080 Full HD, 16:9 képarányú, 250cd/m2 minimum LED háttérvilágítású adminisztrációs monitor	igen	
Kiemelt komponens a munkaállomásba szerelendő leletező videokártya, amely 100%-ban kompatibilis legyen a leletező monitorok meghajtásában.	igen	
Radiológiai leletező szoftver	igen	
Leletező monitorok követelményei:		
2 darab, fekete-fehér, TFT radiológiai leletező monitor, beépített automatikus DICOM kalibrációval, a szükséges vezérlő kártyával	igen	
Felbontás min. 3 megapixel	igen	
Méret min. 20"	igen	
Színmélység min. 12 bit Grayscale	igen	
Min. 1000 cd/m ² fényerő	igen	
Min. 900:1 kontrasztarány	igen	

II. Garanciális és szerviz feltételek, installáció:

Előírások	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Támogató szervezet neve és címe	kérjük megadni	
telefonszáma, munkaidőben és munkaidőn túl	kérjük megadni (magyar nyelvű kommunikáció)	
„Helpdesk” szolgáltatás	igen kérjük részletesen ismertetni	
A megajánlott rendszerre kiképzett magyar nyelven is beszélő szakemberek száma	kérjük megadni (legalább egy fő)	
Garantált reakcióidő, órákban kifejezve: a hibabejelentésétől a javítás megkezdéséig eltelt idő <i>jótállási időben és azon túl is</i>)	max. 24 óra	
A jótállás időtartama alatt teljeskörű szerviz és karbantartás	igen	
Üzembe helyezés tő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott informatikai eszközökre beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, kiszállást* <i>A jótállás időszakában semmiféle díj a karbantartásokért, cserékért nem számítható fel (pl. kiszállási díj, munkadíj, kilométer pénz, stb. sem!)</i>	36 hónap (üzembe helyezést követő próbaüzem utáni végleges átadás-átvételtől számítva)	
Fenti időszakban karbantartás és szerviz ingyenes	igen	
Fenti időszakban kiszállás karbantartásra, szervizre ingyenes	igen	
Szoftverekre szóló folyamatos frissítés (upgrade), jogszabálykövetés.... <i>[Ajánlatkérőt (Megrendelőt) a szoftverekkel kapcsolatban semmilyen egyéb költség nem terhelheti]</i>	igen (a szerződés teljes időszakában – min 48 hónap)	

Előírások	Minimum követelmény	A megajánlott berendezésnél:
Egyéb		
Hány évig garantálják az alkatrészellátást?	kérjük megadni (az üzembehelyezéstől számítottan min. 10 év kötelező)	
Hány évig garantálják a szoftverfrissítéseket?	kérjük megadni (az üzembehelyezéstől számítottan min. 5 év kötelező)	
<u>Magyar</u> nyelvű kézikönyv (elektronikus és nyomtatott formában)	Igen (a kézikönyv elvesztés esetén ingyenesen pótlendő)	
Betanítás (legalább 3 fő)	igen	

III. Engedélyek, minőségtanúsítások:

1. Az eszközök rendelkeznek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedéllyel, a szoftverek pedig kielégítik az összes kötelező jogszabályi előírást: *(minimum feltétel)* igen nem

(a megfelelő bekarikázandó)

IV. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak tartott megjegyzések:

.....

Az adatok a valóságnak megfelelnek, azok igazolására hiteles dokumentumokkal rendelkezünk, melyeket - szükség esetén - ajánlatkérő kérésére bemutatunk!

.....
ajánlattevő felhatalmazott képviselője

Benyújtandó iratok és Iratminták

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”

☞ Iratminták 1. (ajánlattételkor beadandó)

EKR elektronikus űrlapként kell csatolni	Felolvasólapok
EKR elektronikus űrlapként kell csatolni	Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében
EKR elektronikus űrlapként kell csatolni	Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
szükség szerint	Változásbejegyzési dokumentumok (adott esetben)
EKR elektronikus űrlapként kell csatolni	Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése tekintetében
EKR elektronikus űrlapként kell csatolni	„Egységes európai közbeszerzési dokumentum” (EEKD/ ESPD)
EKR előírása szerinti	Üzleti titok kezelése
1.1.sz. melléklet	Egyéb nyilatkozatok <ul style="list-style-type: none"> - nyilatkozat, hogy a megajánlott eszközök, anyagok ... - nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról - nyilatkozat az orvostechikai eszközök szakmai megfelelőségéről ... - nyilatkozat a fordításról - nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról - nyilatkozat a Kbt. 25. § szerint - alvállalkozókról
1.2.sz. melléklet	Nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén)
1.3.sz. melléklet	Nyilatkozat kapacitás igénybe vételéről (adott esetben)

☞ Ártáblázat

☞ Szerződés-tervezet

☞ Iratminták 2. (a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást)

Figyelem:

- A **szerződés-tervezet** elfogadásáról elegendő nyilatkozni, kitöltött szerződés-tervezetet az ajánlathoz nem kell csatolni!
- AF = Ajánlati felhívás, AD= Ajánlati dokumentáció

Egyéb nyilatkozatok

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”

Alulírott, mint a (székhely) nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Nyilatkozom, hogy „A megajánlott eszközök, anyagok kielégítik a megadott szakmai követelményeket, az egészségügyi felhasználásból eredő jogos felhasználói elvárásokat és a vonatkozó előírásokat, szabványokat.”

Tudomásom van arról, hogy amennyiben **kiegészítő tájékoztatás kérésre** került sor - bármely ajánlattevő részéről - az ajánlati felhívással, vagy az ajánlati dokumentációval, ill. az abban meghatározottakkal kapcsolatban, az ajánlatkérő által adott válasz(ok) továbbiakban az ajánlati dokumentáció részévé válnak!

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet előírása szerint (9. §) „az **orvostechnikai eszközök szakmai megfelelőségét** az ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben [4/2009. (III. 17.) EüM rendelet] előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.”

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás során általunk benyújtott valamennyi fordítás (*amennyiben ilyet benyújtottunk*) tartalma teljes egészében megfelel az eredeti (idegen nyelvű) dokumentumok tartalmának.

A közbeszerzési dokumentációban szereplő szerződés-tervezetben foglaltakat elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést a csatolt tervezetben foglaltak alapján kötjük meg.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenségi követelményeknek.

A közbeszerzésnek **az(ok) a része(i)**, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni, az alábbi(ak):

.....

Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Megnevezés	Cím

Ezennel nyilatkozom továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső **alvállalkozót** és adott esetben az **alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.**

Kijelentem továbbá, hogy jelen ajánlatunkban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és azok ellenőrzéséhez hozzájárulunk!

Kelt,év hó nap

cégszerű aláírás

09.05-i változat

Nyilatkozat

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”
Közös ajánlattétel esetén töltendő ki!

Alulírottak,

.....Cég vezető tisztségviselőjé(i)nek neve..... (.....Cég megnevezése, székhelye.....)
Cég vezető tisztségviselőjé(i)nek neve..... (.....Cég megnevezése, székhelye.....)

mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők
 kijelentjük, hogy

- a Kbt. 35. §-a alapján **közösen kívánunk ajánlatot benyújtani** és az eljárásban részt venni.
- **egyetemleges felelősséget vállalunk** Ajánlatkérő felé, a szerződés teljesítéséért!
- **vezető céggként** (a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult **képviselőként**) az alábbi céget jelöljük meg

neve:
 címe:
 telefonszáma: Faxszáma:
 e-mail:
 meghatalmazott kapcsolattartó (képviselő):
 mobiltelefon száma: e-mail:

Az alábbiakban adjuk meg a teljesítésben való részvételünk formáját, továbbá a teljesítésben való részvételünk arányát:

Ajánlattevő neve	Tevékenységek, melyeket az adott közös Ajánlattevő végez	Részesedés aránya a teljesítésben

Tudomásul vettük az alábbiakat:

- A Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult **képviselőt** megjelölni.
- A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a **közös ajánlattevők** megjelölését.
- Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek

szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megadott képviselőnek küldi meg..

- A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
- A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Kijelentjük továbbá, hogy jelen ajánlatunkban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és azok ellenőrzéséhez hozzájárulunk! Tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése az eljárás további szakaszából való kizárásunkat vonja maga után!

Kelt,év hó nap

cégszerű aláírások

(valamennyi „Közös részvételre jelentkező” részéről)

09.05-i változat

Nyilatkozat

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”
kapacitás igénybe vételéről

Alulírott, a (.....) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében

☞ más szervezet (vagy személy) kapacitását nem kívánjuk igénybe venni.

☞ az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni:

s.sz.	Kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím)	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik
1.		
2.		
3.		

Csatolom az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet **olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot**, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt,év hó nap

.....
cégszerű aláírás

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviselőjében eljárhat.

Ártáblázat

„Radiológiai eszközbeszerzés”

Direkt digitális felvételező röntgenberendezés (2 db direkt digitális detektorral) 1 db

Megnevezés (Gyártó, típus)	nettó ajánlati ár	ÁFA	Bruttó ajánlati ár	Megjegyzés (adott esetben)
Az ajánlati árban szereplő tartozékok				

1.1.

Leletező munkaállomás

1 db

Megnevezés (Gyártó, típus)	nettó ajánlati ár	ÁFA	Bruttó ajánlati ár	Megjegyzés (adott esetben)
Az ajánlati árban szereplő tartozékok				

1.2.

Ártáblázat

Csontsűrűség mérő (teljes testes)

1 db

Megnevezés (Gyártó, típus)	nettó ajánlati ár	ÁFA	Bruttó ajánlati ár	Megjegyzés (adott esetben)
Az ajánlati árban szereplő tartozékok				

1.3.

09.05-i változat

Ártáblázat

PACS rendszer

1 rendszer

Megnevezés (Gyártó, típus)	nettó ajánlati ár	ÁFA	Bruttó ajánlati ár	Megjegyzés (adott esetben)
a teljes rendszer ára (az összes szükséges kiegészítő(k)kal)				
a havi díjak összesen (48 hónapra számítva) (teljeskörűen a felmerülő összes havi, díj, költség) összesen				
Az ajánlati árban szereplő tételek				
Az egészségügyi rendszerrel integrált PACS server szoftver (minimum 5 db DICOM eszköz integrációval) 1 db				
Radiológiai leletező szoftver 1 db Képmegtekintő szoftver 10 db				
PACS rendszer eszközei 1 darab Másodlagos képtár (NAS), 12TB RAID5 1 darab 1500VA (650W) szünetmentes tápegység				
Intézményi PACS szerver, és online képtár (minimum 6TB RAID1) 1 db				
Radiológiai leletező munkaállomás 1 db				

1.1. + 1.2 + 1.3.+1.4. Összesen:

a táblázatokban megadott árak összege,
az összes 1+1+1 db készülékre + 1 komplett rendszerre vonatkozóan

ez irandó be a Felolvasó lap
Ajánlati ár (nettó) részébe

Dátum:

cégszerű aláírás

SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

címe: 8380 Hévíz, dr. Schulhoff Vilmos sétány 1.

PIR száma:

adószáma: 15813729-2-20

bankszámlaszáma: MÁK 10049006-00333087-00000000

jelen szerződésnél képviseli: dr. Kvarda Attila főigazgató

tel.:

fax:

e-mail:

mint **Vevő** (továbbiakban Vevő)

másrészről

.....(.....)

[cégjegyzékszám:,

bankszámlaszám:,

adószám:,

jelen szerződésnél képviseli:

tel.:

fax:

e-mail:]

mint **Eladó** (továbbiakban Eladó)

között, az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Vevő a Közbeszerzésekről szóló törvény alapján

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére **Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése egy részben**

- | | |
|--|------------|
| 1.1. tétel Direkt digitális felvételező röntgenberendezés +
(2 db direkt digitális detektorral) | 1 db |
| 1.2. tétel Leletező munkaállomás | 1 db |
| 1.3. tétel Csontsűrűség mérő (teljes testes) | 1 db |
| 1.4. tétel medikai rendszerrel integrált,
intézményi PACS rendszer | 1 rendszer |

megnevezéssel, közbeszerzési eljárást bonyolított le.

Eladó, aki részt vett a közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatokat elbíráló bizottság javaslata alapján, a Vevő döntése szerint ezen eljárást - mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe helyezését, próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását, - megnyerte.

Fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:

1. A Felek jogai és kötelezettségei:

A felek jelen szerződésen alapuló jogait és kötelezettségeit, azok gyakorlásának ill. teljesítésének feltételeit a jelen szerződés, és annak elválaszthatatlan részét képező alábbi 1-3. számú melléklet tartalmazza:

1. az ajánlatban szereplő termékek, árak adatok, teljesítési határidő
2. Az értékelési szempontok és Eladó fenti sz. közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának felolvasólapja, és a benyújtott „Adatlap”-ok.
3. alvállalkozók adatai *(szükség szerint)*

2. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Vevő által az Ajánlati Dokumentációjában meghatározott és jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett és specifikált termékek szállítása, ide értve mindazon tevékenységeket, amelyeket az Eladónak adott esetben el kell végeznie, így különösen az összeszerelést, az üzembe helyezést, a próbaüzemet és a betanítást.

3. Szerződéses érték

Vevő által a szerződés ellenértékeként (részletesen lásd ajánlati felhívás szerint) az Eladónak fizetendő összeg:

..... Ft + ÁFA (azaz Forint +Áfa),
mely összeg tartalmazza az ajánlatban szereplő anyagok, eszközök, azok szállításának, szükség szerinti összeszerelésének ill. üzembe-helyezésének és a kezelőszemélyzet betanításának ellenértékét, illetve a teljesítéssel összefüggő minden egyéb költséget. [ajánlati felhívás] – viszont nem tartalmazza a PACS rendszer üzemeltetéséért leszámítandó havi összköltséget (lásd az „Ártáblázat”-ban)

Ez az összköltség 48 hónapra számítva:

..... Ft + ÁFA (azaz Forint +Áfa),

4. Fizetési feltételek

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A számlák kifizetése saját forrásból történik.

4.1. Eladó az eszközök leszállításakor és a kapcsolódó feladatok elvégzését követően összesen egy számla benyújtására jogosult (figyelembe véve a Kbt.27/A.§-ában előírtakat is) a kifogás nélküli átvételt, ill. a teljeskörű teljesítést követően. Vevő előleget nem fizet az Eladó részére.

Vevő teljesítésként a termékek hiánymentes leszállítását, a kezelőszemélyzet betanítását, a jótállási dokumentumok hiánytalan átadását, valamint az alábbiakat érti:

- A beüzemelést követően Eladó 4 órás próbaüzemet tart. A sikeres próbaüzemet a felek jegyzőkönyvezik. Eladó a próbaüzem ideje alatt lega-

HÉVÍZ

lább 2-2 fő munkatársat köteles betanítani, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A kiállított számlával (egy eredeti és egy másolati példány) egyidejűleg kell megküldeni a szállítás - Vevő képviselője által történő - teljesítését igazoló mennyiségi átvételi elismervényt, valamint adott esetben a betanítási jegyzőkönyveket, termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges dokumentumokat is. A Számlán tételesen fel kell tüntetni valamennyi terméket, valamint ezek árát az 1. sz. melléklet szerint.

- 4.2. Eladó jogosult a havonta leszámolni (figyelembe véve a Kbt.27/A.§-ában előírtakat is) a PACS rendszer havi üzemeltetési költségét az „Ártáblázat”-ban megadott összeg szerint.

5. Szállítási feltételek és határidők

- 5.1. Az Eladó a felhívásban meghatározott időtartamon belül (szerződéskötéstől számított 75 munkanap) szállítja Vevő telephelyére, valamint elvégzi az összeszerelést, telepítést, az üzembe helyezést, a próbaüzemet és a betanítást.
A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket (pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések (medikai rendszer, ...) az Eladó köteles elvégezni.
- 5.2. Eladó a szállítás napja előtt 8 nappal írásos értesítést küld a Vevő kapcsolattartója részére a szállítás pontos időpontjának megjelölésével.
- 5.3. Az 5.1. pontban meghatározott szállítási határidő nem érinti azt, hogy a jelen szerződés időtartama a jótállási időszakot is magába foglalja.
- 5.4. Előteljesítés ajánlatkérő / Vevő előzetes hozzájárulásával fogadható el!

6. Csomagolás

- 6.1. Eladó a leszállítandó terméket a termék és a szállítás módjának megfelelő védelemmel ellátva szállítja le.
- 6.2. Eladó a csomagoláson az alábbi jelzéseket köteles feltüntetni:
- Eladó neve, címe
 - Vevő neve, címe
 - a csomag tartalma
 - szerződés megnevezése
 - bruttó, nettó súly
 - a csomagok kezelésére, tárolására, stb. vonatkozó jelzések

7. A termékek átvétele és tárolása

- 7.1. Vevő az átveendő termékeket az Eladó megbízottjától veszi át mennyiségileg. Amennyiben Eladó megbízottja nincs jelen az átadáskor, akkor a Vevő

HÉVÍZ

az átvételről egyoldalú jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzítettekre vonatkozóan Eladó minden anyagi és jogi következményt vállal.

- 7.2. A tételes mennyiségi és minőségi átvételt Vevő a leszállítást követő 3 munkanapon belül elvégzi. A megállapított hiányokat, téves szállítást Eladó az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 14 napon belül utánszállítással, vagy cserével tartozik saját költségére orvosolni.
- 7.3. A termékek, ill. az azokat tartalmazó csomagok elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átvételi jegyzőkönyv Vevő részéről történő kiállításáig Eladót terheli.
- 7.4. A berendezések szállításával, rakodásával, helyszínre történő beszállítással, a beüzemeléssel kapcsolatban felmerülő költségek Eladót terhelik. A keletkező göngyöleg, hulladék elszállítása is Eladó feladata, és költsége.
- 7.5. Eladó köteles a munkavégzés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
- 7.6. Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének teljesítésében.
- 7.7. A helyszínre szállítandó terméket a fuvarozótól a helyszínen Eladó képviselője veszi át, az átvételkor a fuvarozóval szembeni esetleges kárigényt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A termék megfelelő biztonságos tárolási lehetőségét, őrzését az üzembe-helyezésig, illetve a Vevő által történő átvételig Eladó biztosítja. A termék elvesztéséből vagy megrongálódásából keletkező károk elhárítása Vevő által történő átvételig Eladó feladata.

8. Jótállás

Ez alatt jelen szerződésben Vevő a 2013. évi V. törvény 6:171. §-ában meghatározott „Jótállás”-t érti.

- 8.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított termékek a legutóbbi vagy legfrissebb fejlesztésűek, és nincs olyan, hibás tervezésből, nem megfelelő anyagokból vagy szakértelem hiányából vagy az Eladó cselekedetéből, mulasztásából, a szállítás körülményeiből származó hibája, mely a leszállított termék normális használatra, üzemeltetése során felmerülhet.
- 8.2. Amennyiben a leszállított eszköz / berendezés, vagy annak bármely része meghibásodik, vagy funkciójának megfelelően nem használható, a hiba észlelését követő 1 munkanapon belül Vevő írásban (telefax vagy levél) értesíti Eladót a felmerülő igényéről. Eladó az ilyen értesítés kézhezvételétől számított 24 órán belül (munkaidőben) köteles megkezdenie a javítást.
- 8.3. Eladót a jelen szerződés alapján leszállított termékek vonatkozásában jogszabályban ill. az ajánlati dokumentációban meghatározott szavatossági ill. az ajánlatában megadott garanciális kötelezettség terheli.

HÉVÍZ

8.4. Eladó a szerződés keretében elvégzett munka, szállított berendezés, eszköz vonatkozásában a sikeres átadás-átvétel befejezésétől számítva időtartamú jótállást vállal.

8.5. A berendezések hibája által okozott kárért Eladó felelős.

9. Engedélyek, használati utasítás

A szerződés teljesítése során a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet előírásai is alkalmazandók.

Átadás-átvétel esetén a jegyzőkönyv mellékleteként átadandó dokumentumok:

- Felhasználói kézikönyv és kezelési, karbantartási utasítás magyar nyelven,
- Üzembe helyezési jegyzőkönyv,
- Hatályos magyar jogszabályok szerinti forgalomba hozatali engedélyek,
- Megfelelőségi bizonylatok vagy gyártóművi megfelelőségi nyilatkozatok
- a Vevő által kijelölt személyzet részére végzett helyszíni oktatást igazoló jegyzőkönyvek,

A fenti okmányok átadásának hiányában Vevő az átvételt jogosult megtagadni.

10. Szerződésszegéssel okozott kár

10.1 Az Eladó köteles a jelen szerződés megszegésével okozott valamennyi kárt megtéríteni.

11. Vis maior

11.1. A jelen pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen

(i) minősített időszakos helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, az Alaptörvény „Az Állam” c. fejezetének 52. cikke szerinti azonnali intézkedést igénylő eset), vagy egyéb katasztrófhelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszakos helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától;

(ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.

11.2. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a Szerződés 11.1. pontjában meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezése esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul ér-

tesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért az értesítést elmulasztó Fél a felelős.

- 11.3. Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya és a Szerződésben rögzített határidők szünetelnek, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

12. Kötbérek

Az esetleges kötbérvétel összegét a Vevő jogosult az Eladó részére járó vételár összegébe egyoldalú jognyilatkozatával beszámítani.

A Vevő a fentiek mellett jogosult érvényesíteni a kötbér összegén felüli, igazoltan bekövetkezett tényleges kárát is az Eladóval szemben.

A kötbér a szerződésszegésről való Vevő tudomására jutásának időpontjában válik esedékessé azzal, hogy késedelem esetén az esedékesség időpontja a késedelem megszűnésének a napja.

- 12.1. Vevő a késedelmi kötbért a meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetén érvényesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett eszközre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig, de legfeljebb 20 napig számítandó.

A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül vagy késedelmesen eltelt napig kerül felszámításra, ezt követően az Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért érvényesít.

- 12.2. Amennyiben az Eladó nem az ajánlati dokumentációban meghatározott, az ajánlatában megadott paramétereknek nem megfelelő terméket szállít le, ebben az esetben Vevő az átvételkor, ill. az azt követő 24 órán belül értesítést küld Eladó részére. Eladó a hibásan teljesített terméket 72 órán belül köteles kicserélni.

- 12.3. A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha a nyertes ajánlattevő (Eladó) olyan okból, amelyért felelős, nem kezdi meg a szerződés teljesítését úgy, hogy a késedelem meghaladja a 20. naptári napot. Ebben az esetben Vevő a szerződéstől eláll, vagy felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott ~~részre-eszközökre~~ vonatkozó nettó ajánlati ár 25 %-a.

13. A szerződésből származó jogviták rendezése

Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Bármely vita eldöntésére, amely a Felek között a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, az általános illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

14. Egyéb feltételek

- 14.1. Minden, a felek közötti levelezés nyelve: magyar.
- 14.2. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 14.3. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
- 14.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladatok ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 14.5. A 13.4. pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 14.6. Eladó a 368/2011 (XII.31.) Korm rendelet 50. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
- 14.7. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 14.8. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőnek kell teljesítenie.
- 14.9. A Kbt. 138. § (2) szerint Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt

jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

A Kbt. 138. § (3) szerint Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevontni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

14.10. A Kbt. 139. § (1) szerint, Eladóként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:

- a) ha a 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projektársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy
- b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.

14.11. Az ajánlattevőként szerződő fél személye a Kbt. 139. § (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

HÉVÍZ

- 14.12. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést Felek csak a Kbt. (2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről) 141. §-ában meghatározottak szerint, valamint a Ptk. (2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről) rendelkezéseit is figyelembe véve módosíthatják.
- 14.13 Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
- 14.14. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon), magyar nyelven kell történnie
Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történt kézbesítéskor áll be.
- 14.15. Jelen szerződés 4 eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből felek 2-2 példányt kapnak.
- 14.16. A szerződés teljesítése során a felhívásban meghatározott „egyéb különleges feltételek” figyelembe veendőek!
- 14.17. Vevő (Ajánlatkérő) a Kbt. 131. § (2) és a 142. § (1) és (2) bekezdéseiben megadottaknak megfelelően jár el.

Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba.

Hévíz, 2019..

Vevő

Eladó

Ellenjegyző:

.....

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet** termékek, árak adatok, teljesítési határidő
2. sz. melléklet értékelési szempontok és a benyújtott felolvasó lap (másolata) és az „Adatlap”-ok.
3. sz. melléklet alvállalkozók adatai

HÉVÍZ

4. sz. melléklet átláthatósági nyilatkozat

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

09.05-i változat

a szerződés 1. sz. melléklete

az eszközök megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA %	Bruttó összeg

09.05-i változat

NYILATKOZAT

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
gazdálkodó szervezetek részére

Formázott: Bal: 1,5 cm, Jobb: 2,25 cm, Fenti: 1,27 cm, Lenti: 2,54 cm, Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,69 cm

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet (ajánlattevő*) adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

<u>Szervezet neve:</u>	
<u>Székhelye:</u>	
<u>Adóilletősége (ha az nem Magyarország):</u>	
<u>Cégjegyzékszám/Nyilvántartási száma:</u>	
<u>Adószáma:</u>	
<u>Statisztikai számjele:</u>	
<u>Cégjegyzésre/képviselőre jogosult képviselő(k) neve:</u>	
<u>Cégjegyzés módja:</u>	<u>ÖNÁLLÓ</u> <u>EGYÜTTES</u>

- 1.) Alulírott(ak), mint az 1.) pontban meghatározott szervezet jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője(i) akként nyilatkozom(unk), hogy az általam(unk) képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
- 2.) Kijelentem(jük), és aláírással(unkkal) igazolom(juk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem(ük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
- 3.) Tudomásul veszem(ük), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles(ek) vagyok(unk) a költségvetési szervezet tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerhes szerződést a költségvetési szervezet felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Keltév hó nap

.....
* cégszerű aláírás

*közös ajánlat esetén kérjük minden közös ajánlattevő adatait feltüntetni, és mindegyik ajánlattevő (vagy meghatalmazottja) által aláírni!

Iratminták 2.

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően

kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a második legkedvezőbb is) által beadandó nyilatkozatok, igazolások

2.1.sz. melléklet	Nyilatkozat 2. <i>közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat</i> • Kbt. 62. § (2)
EKR elektronikus űrlap-ként kell csatolni	Nyilatkozat a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
EKR elektronikus űrlap-ként kell csatolni	Nyilatkozat a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
2.2.sz. melléklet	Referencia lista
2.3.sz. melléklet	Referencia igazolás
2.4.sz. melléklet	Nyilatkozat (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti gazdálkodó szervezetek részére)
2.5.sz. melléklet	A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek bemutatása
2.6.sz. melléklet	Szakmai önéletrajz (minta) (Az ajánlatnál is felhasználandó!)
2.7.sz. melléklet	Nyilatkozat – szakember rendelkezésre állásáról

Figyelem:

- A **nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi**, mint az ajánlati felhívás feladásának dátuma (lásd TED)!
- Néhány becsatolandó dokumentumra nem készült iratminta – lásd ajánlati dokumentáció (AD) „II. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően becsatolandó iratok.” táblázatában felsoroltak egy részét
- AF = Ajánlati felhívás, AD= Ajánlati dokumentáció

Nyilatkozat 2.

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat

Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése

A (.....) cég képviseletében nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Kbt. 62. § (2)

- a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
- b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt,év hó nap

cégszerű aláírás

Referencia lista

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”
orvostechnikai eszközbeszerzések - összefoglaló

az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése

Alulírott, a (.....) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a sz. közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az ajánlati felhívásban meghatározott időtartamon belül az alább felsorolt referenciákat teljesítette:

A szerződés tárgyának meghatározása, helyszíne	Szerződésköthő fél megnevezése, címe	A referenciát igazoló személy (neve, címe, telefonszáma)	A szállítás tárgya, (pontos meghatározása), mennyisége	Teljesítés ideje (év, hó, nap) -tól, -ig	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e? (igen / nem)

Tudomásunk van róla, hogy a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a **321/2015.** (X. 30.) Korm.rendelet 22 § szerinti a rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban:

- ha a szerződést köthő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarszági szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján **ajánlatkérőnek minősül**, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
 - ha a szerződést köthő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával
- kell igazolni, ezért ezen referencia igazolás(ok) ajánlatunk..... oldalán megtalálható(k).

Keltév hó nap

cégszerű aláírás

Referencia igazolás

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”

A referenciaigazolást kérő neve, címe:

.....

Megrendelő (referencia-igazolást adó) neve, címe:

.....

A szerződés tárgya: orvostechnikai eszközbeszerzés

.....

A szerződés tárgya:

.....

A referenciaként szereplő berendezés megnevezése, mennyisége:

Teljesítés időszaka: tól,ig

A teljesítésben való részvétel aránya (adott esetben):%

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:

Igen / nem

Referenciát adó személy neve, telefonszáma:

.....

Kelt,év hó nap

.....
 Referenciát adó (jogosult!) aláírása

NYILATKOZAT

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti gazdálkodó szervezetek részére

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet (ajánlattevő*) adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	
Székhelye:	
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási száma:	
Adószáma:	
Statisztikai számjele:	
Cégjegyzésre/képviselőre jogosult képviselő(k) neve:	
Cégjegyzés módja:	ÖNÁLLÓ EGYÜTTES

- 1.) Alulírott(ak), mint az 1.) pontban meghatározott szervezet jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője(i) akként nyilatkozom(unk), hogy az általam(unk) képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
- 2.) Kijelentem(jük), és aláírással(unkkal) igazolom(juk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem(ük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
- 3.) Tudomásul veszem(ük), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles(ek) vagyok(unk) a költségvetési szervet tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a költségvetési szervezet felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kelt,év hó nap

.....
* cégszerű aláírás

*közös ajánlat esetén kérjük minden közös ajánlattevő adatait feltüntetni, és mindegyik ajánlattevő (vagy meghatalmazottja) által aláírni!

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek bemutatása

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”

Név	a képző intézmény (pl. Egyetem, Főiskola, és Karának megnevezése)	Oklevél/ bizonyítvány száma	Egyéb képző szerve- zet.	Végzettség / képzettség	OKJ száma (adott esetben)	Szakmai gyakorlat jelle- ge		szakterület / mun- kakör a teljesítés során
						szakmai tapasztalat (év)		
Szakemberek, vezetők								

Ajánlattevő, vagy.....rendelkezik az alábbi szakemberrel:

1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú informatikai vagy villamosmérnöki végzettséggel, és minimum 5 év szakmai gyakorlattal egészségügyi informatikai rendszerek üzembe helyezése és üzemeltetése terén

Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén az általunk bemutatott szakembert, a fenti (táblázat szerinti) pozícióra kívánjuk bevonni,

A szakember vonatkozásában csatoljuk a következőket: szakmai önéletrajzot (saját kezű aláírással), végzettséget ill. képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

Kelt,

cégszerű aláírás

Szakmai önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK

Név:	
Születési idő:	
Állampolgárság:	

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

-tól, -ig (év, hó)	Intézmény/ szervezet megnevezése	Végzettség / képzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAÖRÖK

-tól, -ig (év, hó)	Munkahely megnevezése,	munkakör / feladat rövid ismertetése
jelenlegi munkahely-tól (év,hó)		

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA

Időszak meghatározása	Szakmai gyakorlat megnevezése

SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA

Korábbi szakmai feladatok ismertetése, időpontjai (-tól -ig)	Ellátott funkciók, beosztások ismertetése

SZAKMAI JOGOSULTSÁGOK			
EGYÉB SZAKMAI JOGOSULTSÁGOK			
NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Idegen nyelvek	Beszéd	Olvasás	Írás

<p>rendelkezem felsőfokú informatikai vagy villamosmérnöki végzettséggel, és minimum 5 év szakmai gyakorlattal egészségügyi informatikai rendszerek üzembe helyezése és üzemeltetése terén. Ezen szakmai gyakorlatom:</p>évp
---	----------

EGYÉB

.....

Kelt:

.....
alíírás

Figyelem:

a táblázat sorainak száma a konkrét adatok függvényében módosíthatók

Nyilatkozat - rendelkezésre állásról Ajánlattevő által megjelölt szakemberről

„Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”

Alulírott (a.n.:),
lakcíme:)
szakterület:.....
a szerződés teljesítésében való munkakör megjelölése:.....

polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában

kijelentem,

hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban.

Az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni is kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották:

Mettől ¹	Meddig
{időszak kezdete}	{időszak vége}

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzést bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt:

.....
aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:

Név:.....

Név:.....

Cím:.....

Cím:.....

¹ Indokolt esetben több időszak is megjelölhető.

Mellékletek

☞ **Ajánlati felhívás** (tájékoztatóul - a hatályos az EKR-ben található!)

Javasoljuk az ajánlattételhez áttanulmányozni:

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.)

<https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-hianypotlas-szabalyairol>

A Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2019. évi 33. szám; 2019. február 15.)

<https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoja-kizaro-okok-tekiteteben-benyujtando-igazolasokrol-nyilatkozatokrol-nyilvantartasokrol-es-adatokrol-magyarorszagon-letelepedett-gazdasagi-szereplok-vonatkozasaban>

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2019. évi 33. szám, 2019. február 15.)

<https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoja-az-europai-unioban-es-az-europai-gazdasagi-tersegben-letelepedett-gazdasagi-szereplok-által-benyujtando-igazolasokrol>

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpont szerinti országok listájáról (KÉ 2018. 149.szám 2018. augusztus 3.)

http://portal.kt.hu/data/filer_public/fc/87/fc87f9f3-4cb8-4687-bfc6-811143c5e89d/elnoki_tajekoztato_2018_0803_vegleges.pdf

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 64.§-a szerinti öntisztázás gyakorlati tapasztalatairól (KÉ 2018.évi 236.szám 2018.)

<https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/elnoki-tajekoztatok/kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-tajekoztatoja-kbt-64-szerinti-ontisztazas-gyakorlati-tapasztalatairol>

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (KÉ. 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.)

<https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-kozbeszerzesi-eljarasok-eredmenyekent-megkotott-szerzodesek-kbt-szerinti-modositasaval-valamint-teljesitesevel-kapcsolatos-egyes-kerdesekrol>



Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
 Információ és online formanyomtatványok: <http://simap.ted.europa.eu>

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház		Nemzeti azonosítószám: ² AK15429	
Postai cím: Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.			
Város: Hévíz	NUTS-kód: HU223	Postai irányítószám: 8380	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Márta gazdasági igazgató		Telefon: +36 83501701	
E-mail: melinda.pokecz@spaheviz.hu		Fax: +36 83540144	
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)		http://www.spaheviz.hu/hu	
A felhasználói oldal címe: (URL)			

I.2) Közös közbeszerzés

<input type="checkbox"/> A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
<input type="checkbox"/> A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

<input checked="" type="checkbox"/> A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: ekr
<input type="checkbox"/> A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be <input checked="" type="checkbox"/> a fent említett cím <input type="checkbox"/> másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó <input checked="" type="checkbox"/> elektronikusan: (URL) <input type="checkbox"/> a fent említett címre <input checked="" type="checkbox"/> a következő címre: (adjon meg másik címet) ekr
<input type="checkbox"/> Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem álta-

lánosan hozzáférhető. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik | <input type="radio"/> Regionális vagy helyi iroda/hivatal |
| <input type="radio"/> Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal | <input type="radio"/> Közjogi intézmény |
| <input type="radio"/> Regionális vagy helyi hatóság | <input type="radio"/> Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet |
| | <input checked="" type="radio"/> Egyéb típus: Egészségügyi intézmény |

I.5) Fő tevékenység

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Általános közszolgáltatások | <input type="radio"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció |
| <input type="radio"/> Honvédelem | <input type="radio"/> Szociális védelem |
| <input type="radio"/> Közrend és biztonság | <input type="radio"/> Szabadidő, kultúra és vallás |
| <input type="radio"/> Környezetvédelem | <input type="radio"/> Oktatás |
| <input type="radio"/> Gazdasági és pénzügyek | <input type="radio"/> Egyéb tevékenység: |
| <input checked="" type="radio"/> Egészségügy | |

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése”	Hivatkozási szám: ²
II.1.2) Fő CPV-kód: 33.11.00.00-4 Kiegészítő CPV-kód: ^{1,2} [][][]	
II.1.3) A szerződés típusa <input type="radio"/> Építési beruházás <input checked="" type="radio"/> Árubeszerzés <input type="radio"/> Szolgáltatásmegrendelés	
II.1.4) Rövid meghatározás: Adásvételi szerződés keretében a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére Radiológiai és kapcsolódó ot. eszközök beszerzése egy részben	
1.1. tétel Direkt digitális felvételező röntgenberendezés (2 db direkt digitális detektorral)	1 db
1.2. tétel Leletező munkaállomás	1 db
1.3. tétel Csontsűrűség mérő (teljes testes)	1 db
1.4. tétel medikai rendszerrel integrált, intézményi PACS rendszer	1 rendszer
mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe helyezését, próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását. (Lásd részletesen az „Adatlap”-okon)	

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: ²

Érték áfa nélkül: [] Pénznem: [] [] []

*(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)***II.1.6) Részekre vonatkozó információk**A beszerzés részekből áll igen nemAjánlatok valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [] Csak egy részre nyújthatók be Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:**II.2) Meghatározás ¹****II.2.1) Elnevezés: Radiológiai eszközbeszerzés**

1.

II.2.2) További CPV-kód(ok): ²Fő CPV-kód: **33.11.10.00-1****33.11.16.60-5**Kiegészítő CPV-kód: ^{1,2} [] [] []**II.2.3) A teljesítés helye:**NUTS-kód: ¹ **HU223**

A teljesítés fő helyszíne:

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (8380 Hévíz, dr. Schulhoff V. sétány 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

- | | |
|--|------------|
| 1.1. tétel Direkt digitális felvételező röntgenberendezés
(2 db direkt digitális detektorral) | 1 db |
| 1.2. tétel Leletező munkaállomás | 1 db |
| 1.3. tétel Csontsűrűség mérő (teljes testes) | 1 db |
| 1.4. tétel medikai rendszerrel integrált,
intézményi PACS rendszer | 1 rendszer |

mely tartalmazza a készülékek helyszínrre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe helyezését, próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását.

(Lásd részletesen az „Adatlap”-okon)

II.2.5) Értékelési szempontok

X Az alábbiakban megadott szempontok

X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: ^{1, 2, 20}

Bírálati szempont

Súlyszám

<p>1. A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban! (1.1-1.3. tételek esetében)</p> <p>(*megadni a 12 hónap feletti hónapokat kell; tehát ha a teljeskörű jótállás ideje 18 hónap, akkor ennél a pontnál 6 hónapot kell beírni)</p> <p><i>Amennyiben a „rész” teteleinél különböző jótállást ad ajánlattevő (figyelem a legalább 12 hónapos jótállás kötelező minden tételnél) akkor a számítás a legalacsonyabb jótállást vállaló tétel adatával végzendő el!</i></p>	86	
<p>3. Röntgenberendezés - Vezérlő képernyő funkcióinak száma (1.1.tétel):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vezérlő érintőképernyő mérete min 7”-os a röntgen szerkezeten, melyen megjeleníthető: 2. a teljes vezérlőfelület <ol style="list-style-type: none"> 2.1 HIS-ből érkező munkalista 2.2 Páciens kiválasztása 2.3 Felvétel paraméterezése 2.4 Előnézeti kép <p>amennyiben: az 1., valamint a 2.1-2.4 közül mind a négy teljesül: 10 pont az 1., valamint a 2.1-2.4 közül 3 teljesül: 7 pont az 1., valamint a 2.1-2.4 közül 2 teljesül: 5 pont az 1., valamint a 2.1-2.4 közül legalább 1 teljesül: 3 pont az 1., valamint a 2.1-2.4 közül egyik sem teljesül: 0 pont</p>	65	
<p>4. Röntgen szoftver(1.1.tétel):</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Röntgenberendezés - Rendszer szoftverbe épített, grafikus és szöveges: páciens és csőpozicionálási segédlet 3.2. Röntgen felvételi munkák automatikus létrehozása a munkalistán érkező páciensekhez rendelt OENO / BNO vagy intézményi kód alapján 3.3. Asszisztensek által is szabadon összeállítható röntgen munkasor, mely egy gomb megnyomásával a kívánt felvételeket az előre megadott sorrendben a pácienshez rendeli. 3.4 Elkészült felvételek automatikus forgatásának tanulás <p>amennyiben: a 3.1-3.4 közül mind a négy teljesül: 10 pont a 3.1-3.3 közül három teljesül: 7 pont 3.1-3.4 közül legalább kettő teljesül: 5 pont 3.1-3.4 közül legalább egy teljesül: 2 pont 3.1-3.4 közül egyik sem teljesül: 0 pont</p>	65	
<p>5. (1.2. tétel)</p> <p>Beépített, szabályozható erősségű fényforrás, mely támogatja a leletezés közbeni olvasást/jegyzetelést, anélkül, hogy a fényviszonyokat zavarná.</p> <p>amennyiben: teljesül: 10 pont nem teljesül: 0 pont</p>	65	
<p>6. (1.3. tétel)</p> <p>A kettős röntgen energia lövés rendszer pulzált</p> <p>amennyiben:</p>	65	

igen:	10 pont	
nem:	0 pont	
7. (1.3. tétel) Olajjal hűtött röntgenső amennyiben:		65
igen:	10 pont	
nem:	0 pont	
8. (1.3. tétel) A meglévő Hologic gyártmányú készülék adatainak és képeinek migrálása az új készülékre. amennyiben:		129
igen:	10 pont	
nem:	0 pont	

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: ^{1, 20}

Ár – Súlyszám: ²¹ **5060**

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: [] Pénznem: [] [] []

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: [] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 75

vagy Kezdet: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható igen nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma: []

vagy Tervezett minimum: [] / Maximális szám: ² []

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok igen nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen nem Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógus kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen X nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk****III.1) Részvételi feltételek****III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani, és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell a részletes igazoló dokumentumokat benyújtani.

Igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4) és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál [lásd az Európai Unió hivatalos lapjában TED megjelent hirdetmény VI.5) pontja].

Amennyiben a gazdasági szereplő a Kbt. 69. § (1a) bekezdésében biztosított lehetőséggel kíván élni, nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények

előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD **IV. rész α szakaszának** kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában előírt módon az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontja szerint - úgy, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen!

Az igazolásoknak, ill. nyilatkozatoknak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállítás tárgya, (pontos meghatározása), mennyisége
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

(321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek., 21. § (1) bek. a) pontja, 21/A. § és a 22. § (1) és (2) bekezdései szerint)

Az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívását követően köteles.

Az igazolási módoknál vegyék figyelembe a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdésében leírtakat is

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

A projektársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételeként a projektársaság mindazon tulajdonosai bemutatathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projektársaság időközben megszűnt.

M2. Az ajánlathoz csatolni kell az 1.1-1.3. tételek esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 9. § előírása alapján gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt.

M3. Ismertesse a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket, az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal történő bemutatásával, képzettségük, szakmai gyakorlatuk felsorolásával, a végzettségüket bizonyító okirat másolati példányának csatolásával. A nem munkaviszonyban alkalmazott szakemberek esetében kérjük szándéknyilatkozat csatolását, amelyben nevezett szakemberek kötelezettséget vállalnak, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): ²

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 36 hónap során teljesített szerződésből származó olyan referenciával, amely legalább 1 db radiológiai berendezés szállítására vonatkozó referenciával, és legalább 1 db, egészségügyi intézményben teleradiológia rendszerre csatlakoztatott PACS rendszer szállítására vonatkozó, hardver és alkalmazói szoftver, szállítási referenciával

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. (Ezen követelmény több, max 2 referenciával is teljesíthető)

M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1.1-1.3. tételek esetében az előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

M3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú informatikai vagy villamosmérnöki végzettséggel, és minimum 5 év szakmai gyakorlattal egészségügyi informatikai rendszerek üzembe helyezése és üzemeltetése terén.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhettek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk ²

- A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
- A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek ²

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

- A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A teljesítés során az eszközök leszállítását követően 1 db számla benyújtására van lehetőség (figyelembe véve a Kbt.27/A.§-ában előírtakat is). Részszámla benyújtására ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget.

A nyertes ajánlattevő a szerződés szerűen (lásd szerződéstervezet) és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik.

Vevő teljesítésként a termék(ek) hiánymentes leszállítását, a kezelőszemélyzet betanítását, a jótállási dokumentumok hiánytalan átadását, valamint az alábbiakat érti:

A beüzemelését követően Eladó 4 órás próbaüzemet tart. A sikeres próbaüzemet a felek jegyzőkönyvezik. Eladó a próbaüzem ideje alatt berendezésenként legalább 2-2 fő személyzetet betanítani köteles, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

Eladó jogosult a havonta leszámlázni (figyelembe véve a Kbt.27/A.§-ában előírtakat is) a PACS rendszer havi üzemeltetési költségét az „Ártáblázat”-ban megadott összeg szerint.

Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, HUF-ban történik a Ptk. 6:130. § (3) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 60 napon belül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján.

A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.

Kötbérek:

- késedelmi kötbér, mértéke a késedelemmel érintett eszközre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári nap

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman

- megíjúsulási kötbér-, mértéke az adott eszközökre vonatkozó nettó ajánlati ár 25 %-a.

Kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza!

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

X Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: ² []

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

<input type="checkbox"/> Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen <input type="radio"/> nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel ² A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [] [] [] [] / S [] [] [] - [] [] [] [] [] [] <i>(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)</i>
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: EKR szerint Helyi idő: EKR szerint
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma ⁴ Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyekben az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [HU] ¹
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: EKR szerint Helyi idő: EKR szerint Hely: ekr..... Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű <input type="radio"/> igen X <input checked="" type="radio"/> nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: ²

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

<input type="checkbox"/> A megrendelés elektronikus úton történik <input checked="" type="checkbox"/> Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak X A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: ²

1) Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) zajlik, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/... oldalon érhetők el. Az
--

- EKR (<https://ekr.gov.hu>) használatához a rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a NEKSZT Kft. végzi (<http://nekszt.hu>). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: <https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas>.
- 2) Ajánlatok kizárólag a <https://ekr.gov.hu/portal/...> oldalon keresztül nyújthatók be. Az ajánlat egyéb úton történő benyújtása nem lehetséges.
 - 3) **Az ajánlatnak tartalmaznia kell** a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)!
 - 4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. [III.1.3) M1-M2] A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. § szerint kell eljárniuk.
 - 5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határa 0, felső határa 10
 - 6) Azon módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a Kbt. 76. § (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Részletesen lásd az ajánlati dokumentáció szerint.
 - 7) Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
 - 8) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott eszközök, gyártó vagy forgalmazó által aláírt termék-ismertetőjét, vagy gyártói prospektusát (szükség esetén gépkönyvét), amelyből megállapítható, hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban („Adatlap”-on) szereplő előírások és megajánlások mindegyikének. Érvénytelen az ajánlat, ha nem állapítható meg a csatolt termékismertetőkben vagy gyártói prospektusokból (szükség esetén gépkönyvekből), hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban („Adatlap”-on) szereplő előírások és megajánlások mindegyikének.
 - 9) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
 - 10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. [Kbt. 2. § (5)]
 - 11) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
 - 12) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan az EKR szerver idő az irányadó.
 - 13) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
 - 14) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további lényeges feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
 - 15) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem

teszi lehetővé projektársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt követelményekre.

- 16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
- 17) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 13.§ szerinti dokumentumokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- 18) Ajánlatkérő a hónapban megadott időtartamok esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
- 19) FAKSZ: Keresztes István (Lajstromszám: 00056)

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv		
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság		
Postai cím: Riadó u. 5.		
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1026	Ország: HU
E-mail: dontobizottsag@kt.hu		Telefon: +36 1 8828592
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu		Fax: +36 1 8828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv ²		
Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város:	Postai irányítószám:	Ország:
E-mail:		Telefon:
Internetcím: (URL)		Fax:
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása		
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint		
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be ²		
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság		
Postai cím: Riadó u. 5.		

Tájékoztató!

13. oldal

A hivatalos felhívás az EKR-ben található

Város: Budapest	Postai irányítószám: 1026	Ország: HU
E-mail: dontobizottsag@kt.hu		Telefon: +36 1 8828592
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu		Fax: +36 1 8828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: EKR szerint

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben

⁴ ha az információ ismert

²⁰ a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

²¹ a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

09.05-i változat